



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 26.03.2024 r.

DZP – 4/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji oraz do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 13 łącznika wysokociśnieniowego o długości 150 cm. Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

Dodatkowo prosimy o zmianę zapisu pod tabelą (ocena jakości) w pkt. dot. długości łącznika w następujący sposób: „długość min.90 - max 150 cm, 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)”

Odp.: Zamawiający dopuszczają łącznik wysokociśnieniowy o długości 150 cm, jednocześnie informuje o zmianie zapisu (ocena jakości) na:

- „długość min.90 - max 150 cm, 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)”

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie do ofertowania w części 13 łącznika o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi i jednej długości 120cm.

Odp.: Zamawiający dopuszczają łącznik o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi oraz długości 120cm, jednocześnie informuje o zmianie zapisu (ocena jakości) na:

- „długość min. 90 - max 150 cm, 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)”
- wytrzymałość min.1000 PSI – max.1200 PSI 10% (TAK/ NIE)* (NALEŻY WYKREŚLIĆ!)”

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 13

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie do ofertowania w części 13 łącznika o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi i jednej długości 150cm.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 15

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do składania ofert na poszczególne pozycje pakietu 15 lub wydzielenia z w/w części pozycji nr 5 i utworzenie dodatkowego pakietu. Zamawiający zapisami o braku możliwości składania ofert na poszczególne

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

pozycje pakietu wyklucza z ofertowania część wykonawców, co przeczy zasadom uczciwej konkurencji.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto zgodnie z informacją z TED (Tenders Electronic Daily; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) wydzielenie części zamówienia do nowego pakietu nie jest możliwe, i taka modyfikacja (zmiana ogłoszenia/przedmiotu zamówienia) nie zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Decyzja (odmowa modyfikacji) dotyczy wszystkich postępowań, które są prowadzone w progu europejskim.

Podpisał:
Dyrektor Szpitala
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie