



Ldz. ...12.12.../2020

Olsztyn, dnia 23.07.2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3

***Dotyczy: postępowania nr 151/2020/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej w ramach projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.***

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

**Pytanie nr 1.** Cześć 4 . „Aparat do Digital Real Time PCR”. „Aparat do Digital Real Time PCR”. „Aparat do Digital Real Time PCR”. „Aparat do Digital Real Time PCR”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o znaku sprawy 151/2020/PN/DZP Czy Zamawiający uzna za równoważne zaproponowanie zamiast laptopa komputera stacjonarnego o poniższych parametrach:


SFF computer Model name Dell OptiPlex XE3  
System Operacyjny Windows 10 Enterprise 64-bit  
Dysk Twardy 512 GB  
Processor Intel Core i3-8100 (4 Cores/6MB/4T/3.6GHz/65W)  
Pamięć 8GB (2x4GB) 2666MHz DDR4 Memory  
Wymiary (W x D x H) (9.3 cm x 29.2 cm x 29.0 cm) Waga 11.6 lb (5.3 kg)  
Zasilanie 300W typical 90% Efficient  
PSU Monitor Model name Dell 20 Monitor – P2018H Wielkość monitora (Diagonal) 20” (50.8 cm) Screen resolution 1920 x 1080 Wymiary (W x D x H) (46.2 cm x 18.0 cm x 33.8 cm)  
Z góry dziękuję za odpowiedź.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uznaje przedstawiony komputer za równoważny z wymaganym laptopem.

Z poważaniem

  
p.o. KANCLERZA  
mgr Andrzej Gózdź

  
Sporządził: Arkadiusz Tabaka, Marek Jastrzębski