

Lubań, dnia 20 marca 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 9

do treści SWZ na „Dostawę wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/03/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pkt 47. Załącznika nr 5 do SWZ – opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych.

Czy zamawiający dopuści stację wody o wydajności 200l/h i zbiorniku 300L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA