

**Wszyscy Wykonawcy
/ Platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-6/23 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę z wniesieniem i instalacją wyposażenia Szpitala oraz systemu monitorowania pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu w ramach projektu pn. Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK).**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr 8

Pytanie 1

Dotyczy Punktu B 52 System do kontrolowanej insulinoterapii - 13 szt.

Z uwagi na cykl produkcyjny i specyfikę produktu prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu roku produkcji 2022 dla systemu do kontrolowanej insulinoterapii. Zaoferowane urządzenia będą nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, objęte pełną gwarancją producenta, wyprodukowane w 2021r.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia wyprodukowane w 2021r. dla systemu do kontrolowanej insulinoterapii przy spełnianiu pozostałych wymagań.

Pytanie 2

Dotyczy Punktu C 18 System do prowadzenia i zarządzania infuzją na 22 stanowiska

Czy Zamawiający udostępni serwer do zainstalowania systemu do prowadzenia i zarządzania infuzją, o minimalnych parametrach: procesor 4x2GHz, pamięć RAM 16 Gb, dysk 250 GB, Microsoft Windows Server 2012R2?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający udostępni przestrzeń na własnym serwerze, aby zwirtualizować niezbędne oprogramowanie.

Pytanie 3

Dotyczy Punktu C 18 System do prowadzenia i zarządzania infuzją na 22 stanowiska

Czy Zamawiający wymaga komputerów klienckich do obsługi systemu do prowadzenia i zarządzania infuzją, jeśli tak prosimy o podanie ilości do optymalnego wykorzystania oprogramowania. Jeśli Zamawiający potwierdzi wymóg zaoferowania komputerów sugerujemy minimalne wymagania dla oferowanego oprogramowania: ekran 23,8 cala, procesor i5-12400T, dysk ssd 256GB, pamięć RAM 16GB.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający wymaga komputerów klienckich do obsługi systemu do prowadzenia i zarządzania infuzją w liczbie 4 sztuk (do 4x punktów pielęgniarstwa na Oddziale Intensywnej Terapii). Zamawiający wymaga, aby komputery oferowały specyfikację niezbędną do prawidłowej i komfortowej obsługi oprogramowania, w tym m.in. dysk typu SSD oraz monitor o rozdzielczości min. 23-24 cala.



Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.



Rzeczpospolita
Polska



Centralny Zintegrowany
Szpital Kliniczny

Opracował: Wojciech Cyż
nr tel. (61) 854-62-35
e-mail: dzp@ump.edu.pl