

Konin, 11.01.2024 r.

WSZ-EP-59/74/23/2024

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą „Dostawa implantów neurochirurgicznych”, nr sprawy WSZ-EP-59/2023

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Czy w pakiecie nr 24 - Substytut opony twardej, zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia - czyli dwuwarstwowej łąty opony - o obydwu warstwach z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie nr 24 dopuszcza zaoferowanie dwuwarstwowej łąty opony - o obydwu warstwach z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań specyfikacji. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 24. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.