

Dotyczy: wyjaśnień treści SWZ (odpowiedzi na pytania) do postępowania na „dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Znak sprawy: 18/12/2022.

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie działając na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawców w następujący sposób:

Pytanie nr 1

..... jako producent napędów, jest zainteresowany utrzymaniem użyczanych napędów w dobrym stanie w celu zapewnienia operowanym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa podczas przeprowadzanego zabiegu. Z postanowień SWZ i umowy wynika jednoznacznie, że użyczenie sprzętu nie obejmuje usługi serwisowania go, wobec czego poprawność jego działania pozostaje poza sferą kontroli użyczającego.

W przypadku napędów stanowiących przedmiot użyczenia zwykłym kosztem utrzymania rzeczy będzie prowadzenie jego okresowej konserwacji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nabycia takiego napędu wprost od producenta koszty konserwacji serwisowej w okresie gwarancji zawarte są w cenie urządzenia. W przypadku umowy użyczenia – przede wszystkim ze względu na rodzaj zawartej umowy – Użyczający nie może ponosić dodatkowych kosztów bezpłatnego użyczenia sprzętu. Biorącemu nie przysługuje względem użyczającego roszczenie o utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie zdatnym do umówionego użytku przez okres trwania umowy, co wynika przede wszystkim z nieodpłatności stosunku użyczenia. Biorący nie może zatem domagać się od użyczającego ponoszenia nakładów na przedmiot użyczenia.

To na Zamawiającym w ramach niniejszego zamówienia publicznego ciążyć będzie obowiązek utrzymania użyczanych wyrobów (napędów) w należytej kondycji w celu zminimalizowania ryzyka realizacji świadczeń medycznych wykorzystując do tego celu wyrób medyczny uszkodzony bądź też taki, który nie był konserwowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Warto przy tym podkreślić, że cytowane wyżej przepisy nie uzależniają odpowiedzialności placówki medycznej od nabycia prawa własności urządzeń medycznych – obowiązek postępowania zgodnie z art. 63 ustawy o wyrobach medycznych ciąży na tym kto wyroby użytkuje, nie zaś na tym kto jest ich właścicielem bądź producentem.

Jednocześnie, odpowiedzialność Użyczającego (tj. Wykonawcy) za wadliwość wyrobu ogranicza się do sytuacji, w której przekazał on przedmiot użyczenia wadliwy, o tejże wadzie wiedząc i zatajając ją przez Biorącym w użyczenie – art. 711 kc:

„Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.”

Wobec powyższego – biorąc pod uwagę fakt, że pragnie złożyć ofertę, która w sposób jak najpełniejszy wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego, jednocześnie zabezpieczając interesy Zamawiającego związane z użytkowaniem wyrobów medycznych jako świadczeniodawca usług medycznych – proponujemy aby Zamawiający rozważył dodatkowy zakup usługi serwisowej użyczanych urządzeń.

W ocenie Wykonawcy takie działanie zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnym zarzutem naruszenia ustawy o wyrobach medycznych, a Wykonawcy umożliwi czuwanie nad prawidłową konserwacją i serwisem użyczanego wyrobu. W ocenie Wykonawcy koszt takiej usługi będzie nie wyższy niż 1.200,00 złotych netto + VAT miesięcznie.

Zatem – wnosi o zmianę treści SWZ poprzez dodanie do SWZ:

„W czasie trwania umowy wykonawca zobligowany jest do świadczenia usług serwisowych wyrobów medycznych podlegających użyczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi każdego z użyczanych sprzętów. Serwis świadczony będzie wyłącznie przez podmiotu posiadające autoryzację producentów urządzeń”

W związku z dodaniem powyższego postanowienia niezbędne będzie również dostosowanie treści SWZ do niniejszej sytuacji, w tym zmiana formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez dodanie pozycji „serwis użyczanego urządzenia – koszt roczny”.

Odpowiedź: Wyrób użyczany przez Wykonawcę musi być w stanie dobrym nadającym się do przewidzianego w postępowaniu użytku. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie dokonuje zmian w SWZ.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Dr n. med. Sławomir Milka
SPECJALISTA
CHIRURGH LUBAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
kom: 602 710 351; PWZ: 6043320

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tech.

Joanna Szwarz
Joanna Szwarz