



BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII – SZPITAL MIEJSKI
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej ^A

43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Wyzwolenia 18

Centrala ul. Wyzwolenia 18 tel. 33 498 40 01 Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01

Centrala ul. Wyspiańskiego 21 tel. 33 827 25 00 Sekretariat 33 827 25 01 fax. 33 8272505

Centrala ul. Emilii Plater 17 tel. 33 819 87 60

Bielsko-Biała dn. 06.04.2023 r.

DZP.271.11.2023 - 31

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.11.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Pakiet nr 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu w portem naczyniowym :

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze standardowym o wadze 7,7g i objętości wypełnienia 0,6ml, wyposażony w silikonowy, znakowany cewnik w rozmiarze 7,2F lub 9,5F o długości 60cm. Port niskoprofilowy o wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. Port mikro o wadze 2,9g i objętości wypełnienia 0,2ml, , wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 5F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z pełnym zestawem do wprowadzania, wraz z zestawem do USG. Port przeznaczony do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do portów :

Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Na zacisku informacja o maksymalnym przepływie. Igła przystosowana do podaży kontrastu po ciśnieniu 300PSI. Igła kompatybilna z TK oraz MRI. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pakiet nr 50, pozycja nr 2



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do portów :

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90°, z przedłużeniem o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanych igieł, pod warunkiem że spełnią pozostałe wymagania SWZ.

Pakiet nr 50, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej igły do portów :

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90°, z przedłużeniem o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie powyżej opisanych igieł, pod warunkiem że spełnią pozostałe wymagania SWZ.

Pakiet nr 57, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do blokad powłok brzusznych o poniższych parametrach :

Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Ostrze ścięte pod kątem 30°. Igła w rozmiarze : 20G/100mm.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Pakiet nr 57, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do blokad powłok brzusznych o poniższych parametrach :

Igła echogeniczna na całej długości aż do czubka igły dzięki specjalnemu piaskowaniu. Znaczniki odległości co 1cm, połączona przedłużka o długości 50cm z możliwością odkręcenia, pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Ostrze ścięte pod kątem 30°. Igła w rozmiarze : 22G/85mm.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ



Pakiet nr 57, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do nakłuć żył centralnych i tętnic w rozmiarach 18G/90mm lub 18G/120mm. Igła echogeniczna na całej długości dzięki piaskowaniu, znakowana w celu określenia głębokości nakłucia.

ODPOWIEDŹ:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen