



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 827/22

Poznań, dnia 26.10.2022 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: PN-104/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją gęstościomierza, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy jeśli nasz gęstościomierz spełnia normę EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.2.5 ale nie spełnia normy ISO 2811-3 to czy taka oferta będzie brana od uwagę, czy zostanie automatycznie odrzucona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gęstościomierz spełniający normę EUROPEAN PHARMACOPOEIA 2.2.5.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Opracował:

*Wojciech Cyż
Tel. 61 854 62 35
email: dzp@ump.edu.pl*