



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/72/3/20

Data
Gryfice, 15.01.2021r

Sprawa dotyczy:

Przetarg nieograniczony nr 72/20 na: „**Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach projektu "Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem" cz. IX**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający przytacza odpowiedzi i udziela odpowiedzi:

Pakiet 3 - Sterylizator powietrzny 150 l.

1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator o mocy 2600 W, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do załącznika nr 1.1

1. Czy zamawiający dopuści komorę posiadającą oświetlenie fluorescencyjne w komorze roboczej ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną z wentylatorem z silnikami AC zamiast EC ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną bez otworów w ścianach bocznych komory ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

„Rozbudowa wraz z przebudową budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach dla bloku operacyjnego, oddziałów zabiegowych, ortopedyczno-urazowego i chirurgicznego, apteki centralnej, sterylizatorni wraz z wyposażeniem”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



4. Czy zamawiający dopuści oświetlenie UV schowane w odbudowie komory jednak bez ekranu ochronnego ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści komorę laminarną bez diody na panelu sterowania pokazującą status oświetlenia LED, U.V. oraz zatkania filtra ?

ODP.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sottysiński