

Bielsko-Biała dn.07.04.2023 r.

DZP.271.11.2023 - 42

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.11.2023

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści :

Dotyczy pakietu nr 21, Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłożenie potwierdzenia spełnienia norm wystawione przez producenta w miejsce „potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 - 16 spełniają wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607 należy przedłożyć w ofercie certyfikat niezależnego instytutu badawczego”. Jako producent posiadamy certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną, oznaczający zgodność procesów produkcyjnych z wymaganiami normatywnymi. Certyfikat daje gwarancję procesu pod nadzorem jednostki notyfikowanej i tym samym upoważnia producenta do poświadczenia spełniania powyższych norm.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również powyżej opisany rękaw, pod warunkiem, że spełni pozostałe zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu nr 28, poz. 7-16 Czy Zamawiający dopuści rękawy z opisem koloru zmiany wskaźnik przed i po sterylizacji? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

mgr Barbara Frymorgen