

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

L. dz. DZP- /21

Poznań, dnia 09.06.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-50/21 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z instalacją Termocyklera z HRM oraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie do: Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Termocykler z HRM zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi, pkt. 32:

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania aparatu real time PCR z dedykowaną jednostką sterującą, w skład której wchodzi: komputer stacjonarny, monitor, myszka i klawiatura o parametrach jn. Specyficzne oprogramowanie komputera jest wymagane do uzyskania gwarancji sprawności oferowanego systemu real time PCR

Monitor: 19 cali

Rozdzielczość: 1280 x 1024

Wielkość plamki: 0.294 x 0.294 mm

Kąt widzenia: 170° (H) / 160° (V)

Input: DVI(Digital), VGA(Analog),

Komputer:

Secifications HP Engage Flex Pro

Hardware

HP EngageFlexPro (without MS License)

Intel Core i5 8500 6C CPU

16GB (2x8GB) DDR4 2666 RAM

Intel UHD Graphics 630

HD stereo codec Conexant CX20632

9.5mm SuperMulti DVDRW 600/800 Tower

500GB 7200RPM 3.5in Hard disk

7 x USB 2.0

Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC

3 Serial port

1 PS/2 (Mouse or Keyboard)

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytania do umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia: Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) o każdej okoliczności wpływającej na realizację umowy, wykonawca winien zgłaszać zamawiającemu i wykazać dowodami jaki jest wpływ tych okoliczności na realizację umowy.

2. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie:

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów

Odp.: Zamawiający nie uznaje panującej pandemii za siłę wyższą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odp.: Jeżeli wykonywanie umowy będzie wymagało powierzenia danych osobowych, to Zamawiający zawrze z uprawnianym podmiotem umowę powierzenia danych osobowych.

6. Par. 1 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odp. Liczba osób do przeszkolenia to 5 osób.

7. Par. 2 ust. 1 pkt 1.6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach „pokrywa Wykonawca” słów „w ramach wynagrodzenia”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w tym zakresie.

8. Par. 2 ust. 1 pkt 1.7-1.9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odp.: Zamawiający nie wprowadza zmian co do terminów podjęcia naprawy i wykonania naprawy. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 115 Kodeksu cywilnego, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Natomiast zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

9. Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentu gwarancji w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym wystawcy dokumentu gwarancji.

10. Par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odp.: Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej po podpisaniu protokołu z dostawy, uruchomienia i przeszkolenia. Fakturę ze skanem protokołu odbioru należy przesłać na adres kancelaria@ump.edu.pl

12. Par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższej propozycji do umowy.

13. Par. 4 ust. 1 pkt 1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

14. Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy.

Pytania do OPZ Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia – Termocykler z HRM zgodnie z następującymi minimalnymi parametrami technicznymi:

Dotyczy pkt 2 i 3

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu, gdzie następują detekcja i amplifikacja w bloku na 96 prób, bez konieczności rozbudowy na 384 próby (pkt 2), a co za tym idzie nie ma konieczności wymiany bloków i czynności z tym związanych (pkt 3)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Dotyczy pkt nr 6

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu, którego detekcja oparta jest o system optyczny, który wzbudza i wykrywa fluorescencje z każdego dołka korzystając z tej samej pary dioda LED/detektor nakanał?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Dotyczy pkt nr 8

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu, który ma możliwość odczytu dla 5 kanałów do detekcji z użyciem barwników SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705. Ponadto posiada dodatkowo dostosowany kanał do technik FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX) oraz opcję szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Dotyczy pkt nr 9

4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie było fabrycznie skalibrowane na użyciu barwników SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Quasar 705 i jednocześnie umożliwiało wykorzystanie innych barwników w zakresach spektrum dla poszczególnych kanałach, przy użyciu prostej kalibracji, bez konieczności wymiany filtrów etc?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Numer i nazwa projektu: RPWP.01.01.00-30-0002/17 „Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt 10

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wzbudzenia diodami LED, bez konieczności wzbudzenia jednocześnie wszystkich prób?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt 11.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania aparatu pozwalającego na sczytywanie bezpośrednio nad każdą studzienką, z wykorzystaniem stałej ścieżki optycznej co eliminuje potrzebę normalizacji dla odchylenia pozycyjnego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt 12.

7. Czy Zamawiający dopuszcza aparat, który nie posiada wewnętrznego czytnika kodów, gdyż nie jest to niezbędny element do wykonywania reakcji PCR?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pkt 14

8. Czy Zamawiający dopuszcza oprogramowanie dające następujące możliwości:

- Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe
- Analiza obrazu topnienia
- Możliwość przeprowadzania analiz badań genu dla wyników pochodzących z różnych pomiarów
- Analiza z ostatecznym- końcowym pomiaru „punkt końcowy”
- Analiza alleli (dyskryminacja alleli)
- Możliwość eksportu wyników analiz do innych aplikacji (Excel Excel, Word PowerPoint)
- Oprogramowanie, jako zintegrowane z nim funkcje, zawiera możliwość analizy ANOVA oraz za pomocą testu normalności Shapiro-Wilka oraz umożliwia analizę genów pod kątem ich stabilności w celu wybrania genu/ów referencyjnych

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 18

9. Czy Zamawiający dopuszcza śledzenie próbki w czasie rzeczywistym w zależności od cyklu, wyświetlając jednocześnie czas pozostały do zakończenia zaprogramowanej reakcji?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 19

10. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania posiadającego dziennik aplikacyjny, w którym śledzone są wszelkie dane o stanie instrumentu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 22

11. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania które nie wymaga instalacji dodatkowych baz danych

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 26

12. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie wymaga uniwersalnych obiektów kompensacji?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 28

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wygenerowania raportu nt. uruchomienia aparatu i autotestu z dziennika aplikacji a następnie wygenerowania raportu pdf?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 29

14. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wparcia zdalnego poprzez połączenie zdalne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi takich jak np. TeamViewer?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy 30

15. Czy Zamawiający dopuszcza instrukcję tylko w języku angielskim?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza instrukcję tylko w języku angielskim.


Dotyczy 32

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie komputera o następujących parametrach: system operacyjny Windows 10, procesor Intel Core i5 2.3 GHz, pamięć operacyjna 8 GB RAM, dysk SSD 128 GB oraz monitor 23.8 cali?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem, **DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI**


.....**dr. h.c. med. Paweł Uruski**.....
Za Zamawiającego

*Opracowała: Justyna Bittner-Dobak
nr tel.: 61 854 60 17
e-mail: dzp@ump.edu.pl*