

DZP/443/WSP/20

Tychy, 14.10.2020r.

**Wykonawcy, którzy zadali
zapytania do Zapytania Ofertowego
część I**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie zapytania ofertowego na zakup sprzętu medycznego, mebli i wyposażenia medycznego na potrzeby walki z koronawirusem „Razem powstrzymamy koronawirusa” nr wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-030g/20 złożony w ramach naboru NR RPSL.10.01.00-iz.01-24-395/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura Społeczna i Zdrowotna dla działania: 10.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia (nr sprawy: 1/DSZ/2020)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o maksymalnym ciśnieniu 90 kPa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wymiarach 480 × 900 × 460 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o wadze 12 kg (z wózkiem 21 kg)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do przewożenia zwłok spełniającego większość parametrów wymaganych przez Zamawiającego, z kilkoma parametrami różniącymi się względem SIWZ (poniżej pogrubioną czcionką), ale równie funkcjonalnymi:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
1.	Wózek do przewożenia zwłok pokrywa stal nierdzewna
2	hydrauliczna regulacja wysokości wózka w zakresie min: 50 cm - 85cm
3.	ręczna nożna pompa hydrauliczna usytuowana przy uchwycie do przetaczania wózka w podstawie (krótszy bok), tuż nad kołami

4.	Wózek służy do transportu zwłok wewnątrz oraz na zewnątrz szpitala
5.	prosty i stabilny stelaż wykonany z stali nierdzewnej
6.	zestaw składa się z wózka, tacy do zwłok oraz pokrywy
7.	w narożnikach nad kołami krążki odbojowe zapobiegające uszkodzeniom wózka podczas transportu
8.	wózek wyposażony w 4 koła z indywidualną blokadą
9.	koła pompowane – średnica 30cm o bieżni wykonanej z elastycznej gumy – średnica 200mm
10.	taca zdejmowalna
11.	wózek do zwłok wyposażony w uchwyt do przetaczania z dwoma gumowymi uchwytami rąk wykonany z rurki ze stali nierdzewnej
12.	Parametry techniczne: - długość całkowita ok: 230 cm 239,5 cm - szerokość całkowita ok: 75 cm 75,5 cm (Z) koła pompowane o bieżni wykonanej z elastycznej gumy - długość blatu tacy ok: 190 cm 220cm - szerokość blatu tacy ok: 64 cm 67 cm - grubość tacy ok: 4 cm 8cm - długość pokrywy ok: 196 cm 206 cm - szerokość pokrywy ok: 65 cm 77 cm - wysokość pokrywy ok: 37 cm 33cm - dopuszczalne obciążenie min: 250 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie wózka z powyższymi parametrami.

Pytanie nr 5: dotyczy: terminu wykonania

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania wózków do zwłok do dnia 15 grudnia br.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: dotyczy Zadanie nr 4 – wózek do przewożenia zwłok – szt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wózka do przewożenia zwłok z Nożną pompą hydrauliczną? Zastosowanie takiego rozwiązania stanowi bardzo duże ułatwienie podczas podnoszenia i obniżania platformy wózka przez operatora? Dodatkowo umożliwi udział w postępowaniu większej ilości oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PROKURENT
KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Karolina Filipowska