

Katowice, dn. 07.02.2023r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę produktów do dializy nerkowej, sygnat. postępowania : ZP-23-008UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy w Pakiecie nr 1 lp. 1

Należy wycenić: zamawiana ilość opakowań **1 200 sztuk** - wg opisu w FAC czy **1 600 sztuk** - wg Załącznika 1A do SWZ: komponenta kwaśna odpowiednik 160 000 litrów oraz odpowiednio dla składu chemicznego 5 i 6 komponenty płynnej w ilości **6 375** zamiast **8 500 litrów**?

Odp.: Należy wycenić zgodnie z parametrami zamówienia opisanymi w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 1).

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1A do SWZ poprzez usunięcie w tytule zapisu dotyczącego ilości litrów oraz zmienia w lp. 5 poz. 6 parametr w następujący sposób:

1. Było: „KOMPONENTA KWAŚNA – ODPOWIEDNIK 160.000 LITRÓW”

Jest: „KOMPONENTA KWAŚNA”

2. Lp.5 poz. 6 Było: 107,50-109,00

Jest: 107,00-109,00

Skorygowany załącznik nr 1A w wersji edytowalnej w załączeniu.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty w ramach niniejszego postępowania.