

Szpital Wojewódzki
im. Św. Łukasza w Tarnowie
SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

SWLOG:271.MJ.52. *2437* /2023

Tarnów dn., 07/08/2023r

Dotyczy: **ZAKUPU: POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE - POMPY STRZYKAWKOWE-NASOFIBEROSKOP - dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.**

W odpowiedzi na pytania z dnia 03 sierpnia 2023 roku zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 (dotyczy Załącznik 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w tabeli Lp. 3:

„Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu”

Na:

„Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę (w godzinach pracy serwisu telefonicznie, faksem lub na adres poczty elektronicznej; po godzinach pracy serwisu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych, faksu i/lub adres poczty elektronicznej”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 2 (dotyczy Załącznik 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w tabeli Lp. 4:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni”

Na:

„Maksymalny czas naprawy, jeżeli ta możliwa jest do wykonania w serwisie Wykonawcy, nie może przekroczyć 5 dni, w przypadku, gdy naprawa powinna być wykonana w serwisie producenta Wykonawca podaje czas jaki zajmie jej wykonanie i w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni, Wykonawca ma obowiązek do czasu jej zakończenia dostarczyć sprzęt zastępczy.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 3 (dotyczy Załącznik 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w tabeli Lp. 5:

„Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach”

Na:

„Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie lub na wykonaną naprawę – Podać w miesiącach”

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 4 (dotyczy Załącznik 1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w tabeli Lp. 8:

„Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu)”

Na:

„Przeglądy (jeżeli producent wymaga ich wykonywania) i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu)”

W przypadku akceptacji prosimy zmienić także zapis Parametru wymaganego z:

„Tak, podać ilość przeglądów”

Na:

„Tak, podać ilość przeglądów, jeżeli dotyczy, a w przypadku, gdy przegląd nie jest wymagany należy wpisać: „przegląd nie jest wymagany””

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Pytanie 5 (dotyczy Załącznik nr 3 Projekt Umowy dot. Zakresu 1-3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w § 5 ust. 1 punkt b):

„w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości.”

Na:

„w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak, niż 10% wartości umowy brutto. Tę samą karę stosuje się w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, przy czym w przypadku przedłużenia czasu naprawy, jeżeli Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze kara nie zostanie zastosowana.”

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 6 (dotyczy Załącznik nr 3 Projekt Umowy dot. Zakresu 1-3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w § 6 ust. 3:

„W czasie trwania gwarancji i w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach ceny przeglądów, napraw i wymiany uszkodzonych elementów urządzenia w taki sposób, by po naprawie sprzęt prawidłowo funkcjonował.”

Na:

„W czasie trwania gwarancji i w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach ceny przeglądów (jeżeli są wymagane przez producenta), napraw i wymiany uszkodzonych elementów urządzenia w taki sposób, by po naprawie sprzęt prawidłowo funkcjonował.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Pytanie 7 (dotyczy Załącznik nr 3 Projekt Umowy dot. Zakresu 1-3.): Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu w § 6 ust. 6:

„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie max. do 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia przyczyny awarii.”

Na:

„Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia jeżeli może być wykonana w miejscu użytkowania lub w serwisie Wykonawcy. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów lub wymaga wykonania w serwisie producenta Wykonawca poda czas jaki zajmie jej realizacja i w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni, Wykonawca ma obowiązek do czasu jej zakończenia dostarczyć sprzęt zastępczy.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje wzór umowy.

Pytanie 8 (dotyczy swz. Punkt 4 Termin wykonania Zamówienia dot. Zakresu 3.):

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę nasofiberoskopu w terminie do 90 dni ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 (dotyczy Załącznik 1a_1b_spr.52 . - Zakres 3)

Czy Zamawiający w **Zakresie 3** wymaga rozszerzenia oferty o indukcyjny podgrzewacz do endoskopów o następujących parametrach :

Indukcyjny podgrzewacz do optyk podgrzewający endoskop w czasie 5 sekund +/- 1 sek. Z automatycznym włączaniem i wyłączaniem podgrzewania z wymiennym, autoklaw owalnym wkładem szklanym. Sygnalizacja stanu urządzenia za pomocą diod LED – sygnalizacja kolorami – zielony – gotowy do pracy, pomarańczowy lub żółty – w trakcie podgrzewania, Głębokość wkładu szklanego: 49 mm, Maksymalna waga: 0,5kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z-OA DYREKTORA
DS. LECZNICZA
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnyś