



WSzSL/FZ.381.79A/22. ¹⁰⁵³2022

Legnica 19.10.2022 r.

Do wszystkich Zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI
NA DOSTAWĘ
ELEKTRYCZNEGO PODNOŚNIKA DLA PACJENTÓW
ZNAK SPRAWY: WSzSL/FZ-79A/22**

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie: Prosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności, podnośnika o następujących parametrach:

- Długość całkowita: 119 cm,
- Minimalna wysokość podnoszenia: 57 cm
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 180 cm
- Wysokość całkowita: 132 cm
- Wysokość ramy: 8,5 cm
- Minimalna szerokość podstawy: 66 cm
- Maksymalna szerokość podstawy:
- Elektrycznie otwierane nogi podstawy: 114 cm
- Średnica skrzętu: 133 cm
- Kółka z łożyskami kulkowymi
- Waga całkowita: 42 kg
- Nośność: 180 kg
- Wymienny akumulator
- Cyfrowy wyświetlacz
- Kabel zasilający
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Pilot zdalnego sterowania 4 funkcje klasa ochrony IPX4
- Elektryczny, bezpieczny system opuszczania
- Ładowarka ścienna (opcja)
- Nosidło transportowe

Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy i wymaga zgodnie z opisem SWZ.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych i Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

mgr inż. Andrzej Białkowczyk