



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spozowolsztyn.pl

<http://www.spozowolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 06. października, 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/202/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn:

- I. Dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora
- II. Dostawa zestawów odczynników do szybkiego barwienia preparatów krwi obwodowej
- III. Dostawa szybkich testów diagnostycznych
dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie; [PN/16/2020]

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843), Zamawiający modyfikuje treść siwz w następującym zakresie:

1. Zadanie 1- Załącznik nr 2A do SIWZ pkt. 3; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora, który daje możliwość wykonywania badań parametrów krytycznych z krwi żyłnej, tętniczej i włośniczkowej.
2. Pakiecie nr 3 poz. 4, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o czułości:
AMP300/BAR300/BZO200/COC100/MET300/MTD300/OPI300/MDMA500/TCA1000/THC25 w moczu ludzkim.
3. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie składania ofert należy rozumieć:
12.10.2020 r. godz. 12:00.
1. Ilekroć w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu jest mowa o terminie otwarcia ofert należy rozumieć:
12.10.2020 r. godz. 12:15.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor SPZOZ w Wolsztynie
Karol Mońko

DYREKTOR

Karol Mońko

Załączniki:

Zmodyf. Załącznik nr 2A do SIWZ

Zmodyf. Pakiet 3

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP



WRANKING 20
SZPITALI 19

