



Znak: AE/ZP-27-57/20

Tarnów, 2020-09-07


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 11. Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu.
2. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści następujący, równoważny zestaw, o następujących cechach:

Jednokomorowy zestaw do drenażu opłucnej - właściwości:

- pojemnik zbiorczy o pojemności 2 000 ml
- dodatkowy otwór w pokrywie
- stabilna konstrukcja
- wygodny uchwyt dla pacjenta
- spirala u wejścia drenu do komory zabezpieczająca przed zagięciem
- dren o długości 150 cm
- łącznik na końcu drenu umożliwiający połączenie różnych średnic cewników
- dostępny w wersji z pojedynczym lub podwójnym drenem



3. Dotyczy Pakietu Nr 2. Wnosimy o potwierdzenie, że klipsy oferowane w tym pakiecie mają być pakowane w zasobniki wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności.
4. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 i 4. Wnosimy o potwierdzenie, że w pozycji nr 1 Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów o kształcie podkowy posiadających wewnętrzne rowkowanie stabilizujące klips w naczyniu, a w pozycji nr 4 klipsów o kształcie litery V posiadających rowkowanie wewnętrzne i dodatkowe rowkowanie zewnętrzne stabilizujące klips w klipsownicy.
5. Dotyczy Pakietu Nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że w materiałach informacyjnych, o których mowa w rozdz. IV pkt. 1.4.3.2 SWIZ odnoszących się do pakietu nr 2 winny być określone kompatybilności klipsów z klipsownicami wyspecyfikowanymi przez Zamawiającego



**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z **Pakietu Nr 3 pozycji 11.**

**Ad. 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** zestawu do drenażu płucnej opisanego w pytaniu.

**Ad. 3** Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ asortyment zaferowany w **Pakiecie Nr 2** winien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 poz. 186 z późniejszymi zmianami). Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby zaferowane w **Pakiecie Nr 2 poz. 1-4** klipsy posiadały dołączone do każdego zasobnika samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności..

**Ad. 4** Zamawiający oczekuje zaferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 4** klipsów spełniających wymagania określone w SIWZ. Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym Załączniku Nr 1 do SIWZ (Formularz Cenowy) Zamawiający oczekuje zaferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** klipsów tytanowych typu V clip, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, kompatybilnych z klipsownicą Hemoclip Plus oraz z klipsownicą ML Endo o nr kat. 0301-07MLEA25), sterylnych, natomiast w **Pakiecie Nr 2 poz. 4** klipsów tytanowych, rozmiar M/L (średnio/duży), pakowanych w zasobniki po 6, pasujących do klipsownicy o nr katalogowym R056-100330-03 - producent REDA Instrumente GmbH Niemcy, sterylnych.

**Ad. 5** Zgodnie z wymaganiem określonym przez Zamawiającego w pkt IV.1.4.3.2 SIWZ Zamawiający wymaga złożenia na wezwanie Zamawiającego materiałów informacyjnych (w języku polskim) dotyczących przedmiotu zamówienia zaferowanego w Pakiecie Nr 2.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

