



Znak: AE/ZP-27-15/22

Tarnów, 2022-02-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3.** „Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 3 poz 1, 2, 3 aby czujniki w instrukcji obsługi producenta zaoferowanych czujników posiadały zapis, brak przeciwwskazania do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołączenie instrukcji obsługi czujnika do oferty”?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3.** „Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 3 poz 1, 2, 3 aby czujniki posiadały dokładność (%SpO2) w zakresie 70 -100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołączenie dokumentów potwierdzających do oferty”?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1-2 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 3 poz.: 1, 2, 3** czujników spełniających wymagania SWZ

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** kieliszków w opakowaniach po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. W sytuacji gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań winien zaoferować 2334 opakowania po 90 szt. kieliszków.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

