



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

L. dz. DZP- 726/22

Poznań, dnia 29.09.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-102/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **dostawa wraz z transportem i wniesieniem oraz instalacją 3 sztuk wirówek laboratoryjnych oraz 3 sztuk zamrażarek, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w podziale na 2 części**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

dotyczy cz. 1

czy dopuszcza Państwo wirówkę o poniższych parametrach:

max. RPM/PCF : 13500 rpm / 12300 xg

czas rozpędzania < 12 sec

czas hamowania < 16 sec

poziom hałasu < 56 dB

praca do 30 min lub tryb ciągłej pracy

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o powyższych parametrach.

Pytanie 2:

dotyczy części 2 zamrażarka, pkt 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie z mieszaniną cieczy chłodzących zawierającą między innymi R404A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia z mieszaniną cieczy chłodzących zawierających między innymi R404A.

Pytanie 3:

dotyczy części 2 zamrażarka, pkt 7

Czy zamawiający dopuści 2 szt. drzwi wewnętrznych zamykające 4 przedziały (jedne drzwi na dwa przedziały)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania ze względu na konieczność przechowywania różnego materiału biologicznego.

Pytanie 4:

dotyczy części 2 zamrażarka, pkt 8

Czy zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD.

Pytanie 5:

dotyczy części 2 zamrażarka, pkt 15

Czy zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze bez akcesoriów 237 kg?



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie o ciężarze bez akcesoriów 237 kg.

Pytanie 6:

dotyczy części 1

Czy dopuszczają Państwo czas rozpędzania do 30 sekund i czas hamowania do 40 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czas rozpędzania do 30 sekund i czas hamowania do 40 sekund.

Pytanie 7:

dotyczy części 1

Czy dopuszczają Państwo zegar od 30 s do 999 min, z funkcją pracy ciągłej oraz z możliwością kilku sekundowego wirowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zegar od 30 s do 999 min, z funkcją pracy ciągłej oraz z możliwością kilku sekundowego wirowania

Pytanie 8:

dotyczy części 1

Czy dopuszczają Państwo poziom hałasu do 60 dB przy maksymalnej prędkości 15000 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poziom hałasu do 60 dB przy maksymalnej prędkości 15000 rpm.

Pytanie 9:

dotyczy części 1

Czy dopuszczają Państwo energooszczędne rozwiązanie skutkujące poborem mocy 72 W? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza energooszczędne rozwiązanie skutkujące poborem mocy 72 W.

Pytanie 10:

dotyczy części 1

Czy dopuszczają Państwo wymiary (S x G x W) 26,2 x 23,0 x 13,1 cm i ciężar 4,5 kg z rotorem ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary (S x G x W) 26,2 x 23,0 x 13,1 cm i ciężar 4,5 kg z rotorem, doprecyzowując zarazem pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia, wymóg dostawy dwóch rotorów – jeden na próbówki a drugi na stripy.

Pytanie 11:

dotyczy części 2

Podane przez Zamawiającego chłodziwa R404A oraz R508B to czynniki starej generacji (HFC), charakteryzujące się bardzo dużym negatywnym wpływem na środowisko naturalne (współczynniki potencjału tworzenia efektu



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

cieplarnianego odpowiednio 3922 oraz 13396). Obecnie masowo odchodzi się od zastosowania tego rodzaju substancji, a ich wybór wiąże się z zakupem przestarzałej technologii oraz wieloma uciążliwościami i restrykcjami związanymi np. późniejszym serwisowaniem urządzenia. Czy Zamawiający zaakceptuje zatem zamrażarkę wykorzystującą nowoczesne, naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wykorzystującą nowoczesne, naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów OPZ tj. 3 - 4 komory wewnętrzne, zamkniętymi oddzielnymi drzwiami, wymiary oraz zakres temperatur.

Pytanie 12:

dotyczy części 2

Czy Zamawiający wpisując konkretne wartości w pkt. 2 opisu technicznego urządzenia, jeżeli chodzi o „ciecze chłodzące (R404A / R508B)”, wymaga tylko tego rodzaju chłodziwa? Według naszej wiedzy na rynku są różne rozwiązania technologiczne i różne typy cieczy chłodzących stosowanych w zamrażarkach niskotemperaturowych. Zapis ten uniemożliwia złożenie oferty wykonawcom mającym inny rodzaj chłodziwa w swoich rozwiązaniach. Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wykorzystującą różne rozwiązania i różne typy cieczy chłodzących, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów OPZ tj. 3 - 4 komory wewnętrzne, zamkniętymi oddzielnymi drzwiami, wymiary oraz zakres temperatur.

Pytanie 13:

dotyczy części 2

Czy Zamawiający w pkt. 15 i 16 opisu technicznego urządzenia może odstąpić od wymogu +/-5%? Proponowane przez nas rozwiązanie, np. dla pkt. 15 opisu technicznego urządzenia, to 217 kg. Obecny wymóg Zamawiającego wyklucza oferty z korzystniejszymi parametrami urządzeń. Mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji sugerujemy zastąpienie obecnego zapisu innym, a mianowicie: „maksymalny ciężar bez akcesoriów 250 kg”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem dla pkt. 15, przy zachowaniu pozostałych wymogów OPZ. Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego +/-5% aby umożliwić złożenie ofert jak najszerszej grupie potencjalnych oferentów.

Pytanie 14:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę pracującą w oparciu naturalne czynniki chłodnicze R170 i R290, które są bardziej ekologiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 15:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o dużo mniejszej emisji ciepła tj. <525W

Odpowiedź:



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 16:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o poziomie głośności mniejszym niż 53 db?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 17:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze bez akcesoriów wynoszącym 282 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 18:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze w stanie do wysyłki wynoszącym 323 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 19:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatury od -50 °C do -86 °C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 20:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający w pkt. 19 specyfikacji ma na myśli czas schładzania do - 80 °C zaczynając od temperatury pokojowej? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści urządzenie o czasie schładzania do temp. - 80 °C (od temperatury pokojowej) w 5,6 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 21:

dotyczy Załącznik 3.2 do SWZ OPZ „Zamrażarka”

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dużo niższym średnim dziennym zużyciu prądu tj. 11,6 kWh/dzień, co w obecnych czasach kryzysu energetycznego wydają się być wskazane?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.



Budowa i Wyposażenie Collegium Humanum - Centrum Badań nad Człowiekiem Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
RPWP.01.01.00-30-0009/19

Pytanie 22:

dotyczy części 2 – zamrażarka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę opartą o czynniki chłodnicze: R290 i R170 co jest parametrem równoważnym technologicznie a ich dopuszczenie jest korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Pytanie 23:

dotyczy części 2 – zamrażarka

Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 267 kg ? Jeżeli nie proszę o podanie argumentacji oraz danych potwierdzających brak możliwości dopuszczenia tego parametru w tym nośność stropów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowaną wagą.

Pytanie 24:

dotyczy części 2 – zamrażarka

Czy Zamawiający może wyjaśnić po co wyspecyfikował wagę zapakowanego urządzenia w stanie do wysyłki ? Jest to parametr nie mający znaczenia z punktu widzenia eksploatacji a także transportu gdyż zamrażarkę można rozpakować przed wprowadzeniem do budynku ? Wnosimy o wykasowanie tego parametru lub dopuszczenie wagi do 340 kg. Solidne zapakowanie zamrażarki na czas transportu wiąże się z większą wagą opakowania ale jest bezpieczniejsze i korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z proponowanym rozwiązaniem.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,