



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat  
Centrala  
Fax  
e-mail:

67 210 62 05  
67 210 66 66  
67 212 40 85  
kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 20.12.2024 roku

FZP.III-241/109/24/ZO

## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod nazwą: „**DOSTAWA MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH II**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Załącznik nr 2b

Czy nie doszło do omyłki w numeracji zadań? Czy nie powinno być: „Zadanie 1:....”; „Zadanie2:...” zgodnie z formularzem oferty Załącznikiem nr 2a?

**Odpowiedź:** W załączniku nr 2b (formularz asortymentowo cenowym) winno być: zadanie 1 i zadanie 2

### Pytanie nr 2.

Załącznik nr 2b

Zadanie 10: kasetkowe testy immunochromatograficzne, immunoenzymatyczne

Poz. 14 – Czy Zamawiający zaakceptuje test do oznaczeń COVID w wymazach z noso-gardła?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 3.

Załącznik nr 2a

Zadanie 1: kasetkowe testy immunochromatograficzne i immunoenzymatyczne; 1. Testy kasetkowe immunochromatograficzne

1. Dot. Streptococcus agalactiae – Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 90,9%, spełniające pozostałe warunki Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

### Pytanie nr 4.

Załącznik nr 2a

Zadanie 1: kasetkowe testy immunochromatograficzne i immunoenzymatyczne; 1. Testy kasetkowe immunochromatograficzne

2. Dot. Streptococcus pneumoniae – Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 79% i swoistości 84%, spełniające pozostałe warunki Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza