

Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego.

Znak sprawy: DZP.ZO.5.2024

Poznań, 17.10.2024r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem / strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: **Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego.**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedziami na pytania w postępowaniu nr DZP.TP.6.2024

W związku z tym, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami i informuje, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

Pytania do formularza parametrów oferowanych: Czy Zamawiający zrezygnuje lub dopuści na zasadzie równoważności zaoferowanie krzeselka bez dolnego ogranicznika kół (element montażowy do zabudowy ambulansu) w sytuacji poprawnego i bezpiecznego zapięcia dostarczonego krzeselka w aktualnie wykorzystywanych uchwytach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pytania do formularza parametrów oferowanych: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko płozowe z zasilaniem o poniższych parametrach przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych zapisów:

– o stopniu ochrony IPX6, którego konstrukcja i oferowane IP umożliwia mycie gorącą wodą >80°C łancą pod ciśnieniem wody >100 bar (parametr potwierdzony w instrukcji obsługi)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- wyposażone w ładowarkę uniwersalną zasilaną napięciem 230V, której konstrukcja umożliwia również montaż w ambulansie i zasilanie napięciem 12V z instalacji pojazdu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne (lepsze, nie gorsze) o wysokości całkowitej 115cm?

Podany przez Zamawiającego zakres wysokości jednoznacznie wskazuje na jedynego dostawcę co nosi znamiona nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.).

Z naszych informacji oraz doświadczeń, przestrzeń przeznaczona na krzesła transportowe/kardiologiczne jest znacznie większa i jest w stanie ona pomieścić krzesło o wysokości ponad 115cm.

Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę, że powyższy sprzęt jest przeznaczony dla służby zdrowia w celu ratowania/transportu osób w potrzebie a więc powinien spełniać wymogi dla sprzętów medycznych (klasyfikacja medyczna kat. I). Takiego zapisu brak, Wnioskujemy o jego wprowadzenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zakup krzesełek transportowych z napędem elektrycznym na potrzeby realizacji zadań dla transportu medycznego i sanitarnego.

Znak sprawy: DZP.ZO.5.2024

Pytanie 4:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści krzeselko transportowe z napędem elektrycznym, wyposażone w akumulator ładowany z sieci 230V, dla bezpieczeństwa blokowany dedykowanym kluczem (dostarczonym wraz z produktem), krzeselko odporne na pył i wodę bez określania poziomu odporności?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krzesełek wyposażonych w klucz do akumulatora (dostarczony wraz z produktem), Zamawiający dopuszcza krzeselko bez określenia poziomu odporności pod warunkiem, że oferowany produkt jest odporny na pył i wodę.

/-/ Anna Szymańska