



Płock, dnia 22.11.2024 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.26.2024

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie postępowania jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy przygotowując ofertę w zakresie części III (łóżko do kinezyterapii do UGUL) bazować tylko na opisie i podanych parametrach czy sugerować się również zdjęciem poglądowym, na którym jest stół z systemem jezdnym, a w opisie nie ma informacji o tym, że stół ma być mobilny?

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści, aby w części III, oferowany stół posiadał zakres regulacji wysokości w zakresie 45 do 93 cm lub w zakresie 47 do 95 cm? Pozostałe wymagane parametry zostaną w pełni zachowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający informuje, iż łóżko nie musi być mobilne. Głównie chodzi o regulację góra/dół.

Ad. 2 Zamawiający dopuści, aby oferowany stół posiadał zakres regulacji wysokości w zakresie 45 do 93 cm lub w zakresie 47 do 95 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Płock
Warszawa
Radom

ul. Kolegialna 17
Al. Wojska Polskiego 25
ul. Rodziny Winczewskich 5

24 267 84 52
22 560 00 40
48 330 93 22

24 262 88 42
22 560 00 41
48 330 93 23

plock@mwomp.pl
warszawa@mwomp.pl
radom@mwomp.pl

NIP: 774 15 46 233
Regon: 000301569
KRS: 0000139991