

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego*	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Komora cyjanoakrylowa wraz z zestawem przygotowania próbek badawczych wpisać nazwę producenta, model, typ		
2	Wymiary zewn. komory nie mniejsze niż 1200 x 700 x 1900 mm wpisać parametry		
3	Komora musi być wyposażona w kółka jezdne (z blokadą) umożliwiające swobodne przemieszczanie komory	spełnia / nie spełnia	1 kpl.	
4	Waga nie większa niż 150 kg wpisać parametry		
5	Komora musi być wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na opary cyjanoakrylu i hartowanego szkła, konstrukcja komory umożliwiająca swobodną obserwację procesu ujawniania śladów daktyloskopijnych z min 3 stron komory.	spełnia / nie spełnia		
6	Komora musi posiadać system filtracji składający się z minimum trzech filtrów tj. filtr wstępny włókninowy, filtr cyrkulacji powietrza oraz filtr węglowy + filtr nawilżacza wody.	spełnia / nie spełnia		
7	Żywotność filtra węglowego minimum 500 cykli lub 12 miesięcy	spełnia / nie spełnia		
8.	Komora musi być wyposażona w światło UV służące do dekontaminacji	spełnia / nie spełnia		
9.	Komora musi być wyposażona w elektroniczny system blokowania drzwi podczas procesu ujawniania oraz standardowy zamek.	spełnia / nie spełnia		
10.	Komora musi być wyposażona w podgrzewacz cyjanoakrylu z regulacją temp. w zakresie do 300 °C	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem **
1	2	3	4	5
1	Komora musi być wyposażona w system poprzeczek min 2 sztuki, uchwyty min 6 szt. i koszyków – półek min 3 sztuki do umiejscowienia materiału dowodowego.	spełnia / nie spełnia		
2	Komora musi być wyposażona w systemy sterowania poszczególnymi parametrami procesu ujawniania za pomocą ciekłokrystalicznego wyświetlacza/kontrolera, min. - regulacja wilgotności w zakresie do min. 95% - czasu ekspozycji/podgrzewania/parowania cyjanoakrylu i pochodnych - czasu wentylacji komory - czasu naświetlania UV - włączenia/wyłączenia dźwięku sygnalizującego zakończenie procesu oraz musi umożliwiać testowanie wszystkich funkcji procesu ujawniania	spełnia / nie spełnia		
3	System musi posiadać możliwość zliczania ilości wykonanych cykli ujawniania.	spełnia / nie spełnia		
4	Klej cyjanoakrylowy, 50 ml – 50 szt.	spełnia / nie spełnia		
5	PECA Multiband proszek cyjanoakrylowy, 20 g – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		
6	DFO, 1 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
7.	Ninhydryna, kryształy, 10 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
8.	Fiolet kryształiczny, barwnik, 25 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
9.	Hungarian Red 500 ml. roztworu barwiącego i 500 ml. utrwalacza – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
10.	Amido Black na bazie wody – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
11.	Czerń Sudanowa 25 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 1 strona 3

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem **
1	2	3	4	5
1.	Rodamina 6G, roztwór do barwienia na bazie PE 1 liter – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
2.	SPR White, 500 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
3.	SPR Black, 500 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
4.	Wet Powder Black, 250 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
5.	Wet Powder White, 250 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
6.	Basic Yellow, 25 g – 6 szt.	spełnia / nie spełnia		
7.	Pędzel z włosia wiewiórki płaski szerokość 3 cm – 4 szt.	spełnia / nie spełnia		
8.	Pędzel z włosia wiewiórki okrągły dł 19 cm – 4 szt.	spełnia / nie spełnia		
9.	Pędzel z puchu marabuta z białymi piórami – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
10.	Pędzel z puchu marabuta z czarnymi piórami – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 1 strona 4

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem **
1	2	3	4	5
1.	Pędzel z włókna węglowego – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		
2.	Pędzel magnetyczny – 5 szt.	spełnia / nie spełnia		
3.	Proszek fluorescencyjny 60 ml, czerwony – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
4.	Proszek fluorescencyjny 60 ml, pomarańczowy – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
5.	Proszek fluorescencyjny 60 ml, zielony – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
6.	Proszek fluorescencyjny 60 ml, żółty – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
7.	Proszek fluorescencyjny 60 ml, różowy – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
8.	Proszek magnetyczny fluorescencyjny 200 g, czerwony – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
9.	Proszek magnetyczny fluorescencyjny 200 g, żółty – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1.	Proszek magnetyczny fluorescencyjny 200 g, zielony – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
2.	VISAS proszek magnetyczny, 50g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
3.	VISAS proszek zwykły, 50g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
4.	Proszek Two Tone Silver/Black 100 ml - 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
5.	Proszek Two Purpose White/fluorescent 100 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
6.	Proszek Two Purpose Black/fluorescent 100 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
7.	Proszek Jet-Black Specjal 100 ml – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
8.	Silikon kryminalistyczny szary, 150 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
9.	Silikon kryminalistyczny czarny, 150 g – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
10.	Folia żelatynowa czarna 13X36 cm – 150 szt.	spełnia / nie spełnia		
11.	Taśma daktyloskopijna transparentna szerokość 51 mm – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		
12.	Taśma daktyloskopijna transparentna szerokość 100 mm – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Załącznik nr 1 strona 6

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem**
1	2	3	4	5
1	Taśma daktyloskopijna winylowa szerokość 50 mm – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		
2	Podkładki kontrastujące białe 125x175 mm, karton 250 gr/m ² , 50 szt. – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
3	Podkładki kontrastujące czarne 125x175 mm, karton 250 gr/m ² , 50 szt. – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
4	Ceramiczna poduszka daktyloskopijna, 125 x 90 mm – 3 szt.	spełnia / nie spełnia		
5	Skalówka kąтова w kształcie litery L 30x15 cm – 6 szt.	spełnia / nie spełnia		
6	Skalówka kąтова w kształcie litery L 45x8 cm – 2 szt.	spełnia / nie spełnia		
7	Skalówka 15 cm, do fotografowania dowodów (jedna strona czarna, druga biała) – 6 szt.	spełnia / nie spełnia		
8.	Linijka 15cm/6 cali, biała, PCV op. 10 szt. – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
9.	Linijka 15cm/6 cali, czarna, PCV op. 10 szt. – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego *	J. m.	Wartość brutto ogółem **
1	2	3	4	5
1.	Linijka fluorescencyjna 15 cm/6 cali zielona, op. 10 szt. – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
2.	Paski testowe roztworów DFO/Ninhydryna – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
3.	Testy Hemastis, op. 50 szt – 1 szt.	spełnia / nie spełnia		
4.	Ochroniacze powierzchni VersiDry, rolka 51 cm x 30 m, op. 4 szt – 3 szt.	spełnia / nie spełnia		
5.	Odczynniki i proszki do przygotowania próbek muszą być zapakowane w oryginalne opakowania producentów	spełnia / nie spełnia		
6.	Szkolenie z zakresu obsługi komory dla minimum 4 osób	spełnia / nie spełnia		
7.	Okres udzielanej gwarancji – nie mniej niż 60 miesięcy gwarancji wpisać okres udzielanej gwarancji		
8.	W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie musiał zapewnić bezpłatny przegląd oraz bezpłatną wymianę filtrów raz na dwa miesiące.	spełnia / nie spełnia		
Razem wartość brutto			

*spełnia / nie spełnia – niewłaściwie skreślić

**Należy wpisać w kol. nr 5 w wierszu wartość ogółem brutto – cenę oferowanego zestawu

UWAGA:

W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzeżenie sobie prawo odrzucenia oferty.

.....
(miejscowość dzień, miesiąc, rok)

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

