

Bielsko-Biała dn.18.11.2022 r.

DZP.271.48.2022 - 3

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej - znak sprawy: DZP.271.48.2022

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

Czy sformułowanie „wszystkie produkty” znajdujące się nad tabelą cenową należy rozumieć jako daną grupę asortymentową? Czyli ekspandery piersiowe o kształcie okrągłym i profilowanym jak i implanty piersiowe, ekspanderoprotezy dwukomorowe (pakiet nr 8 pozycje: 1-5) muszą pochodzić od jednego producenta, bo zaliczane są do jednej grupy asortymentowej. Ponieważ siatka polipropylenowa pokryta tytanem (pakiet nr 8 pozycja 6) to inna grupa asortymentowa, może pochodzić od innego producenta? Czy Zamawiający dopuści do przetargu siatki od innego producenta? Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści również zaoferowanie siatek polipropylenowych pokrytych tytanem od innego producenta, pod warunkiem że spełnią one pozostałe zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SWZ formularza asortymentowo - cenowym w Pakiecie nr 3 w poz. 2 w kolumnie nr 4, który otrzymuje brzmienie:

"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki: 2.2mm, 2.4mm i 2.8mm, długość robocza 240cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, trzy rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe, elipsoidalne i duże pogłębione z podwójnymi okienkami każda łopatką), do wyboru: z igłą i bez igły, koniec dystalny fabrycznie zabezpieczony osłonką. Op=40 szt."

Z poważaniem

DYREKTOR
Beskidzkiego Centrum Onkologii
Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
lek. med. Lech Wędrychowicz