

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/66/20

Sucha Beskidzka, dnia 08.09.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic – uzupełnienie V (ZOZ.V.010/DZP/66/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość pojedynczej ścianki palca ok. 0,11 mm. Długość min. 240 mm. AQL 1.5, siła zrywania przed starzeniem min. 6,0 N. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Pakowane po 100 szt. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I. Zgodne z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:


mgr Janusz Kaczmarski
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej