

Gdynia, dnia 18 września 2023 r.

DZ.282.20.2023.TP-fn
UC/2273/2023

**WYJAŚNIENIA SWZ nr 1
ZMIANA SWZ nr 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „ZAKUP DEFIBRYLATORA DO ZASTOSOWAŃ W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ”

”Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2023 r. pod nr 2023/BZP 00392585/01

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

PYTANIE 1

dotyczy punktu „Możliwość transmisji przez telefon komórkowy lub modem”

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z powyższego punktu i dopuszczenie urządzenia umożliwiające transmisję danych z karty CF na komputer?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający dokonuje zmiany swz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w tabeli w pkt 5.5. poprzez dopuszczenie urządzenia umożliwiającego transmisję danych z karty CF na komputer.

PYTANIE 2

dotyczy punktu „Pamięć wewnętrzna defibrylatora do rejestrowania raportów, zawierających dane pacjenta, zapis krzywych ciągłego EKG, zapis zdarzeń krytycznych wraz z krzywymi związanymi z poszczególnymi zdarzeniami.”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylator wyposażony w pamięć wymienną w formie karty CF?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający dokonuje zmiany swz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w tabeli w pkt 8.1 poprzez dopuszczenie pamięci wymiennej w formie karty CF.

PYTANIE 3

dotyczy punktu „Autotest przed użyciem urządzenia, bez udziału użytkownika i bez konieczności ręcznego włączania urządzenia.”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego punktu, oferowany defibrylator będzie dokonywał automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby. Proponowany sposób sprawdzenia gotowości pozwala dodatkowo na otrzymanie informacji zwrotnej o podstawowych elementach takich jak chociażby gotowość kondensatora, jak również informację o podpięciu lub uszkodzeniu akcesoriów do monitorowania.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający dokonuje zmiany swz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w tabeli w pkt 12 poprzez dopuszczenie dokonywania automatycznie autotestu z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora.

PYTANIE 4

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 2 do 3 dni roboczych?

ODPOWIEDŹ 4

Tak.

Zapis wzoru umowy § 8 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie:

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w 3 dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), liczonych od dnia zgłoszenia awarii/usterki oraz zakończenia czynności naprawczych nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od upływu 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia a w przypadku konieczności importu części do 12 dni roboczych. Zgłoszenie awarii następować może w drodze pisemnej, telefonicznie lub za pomocą e-mail.

PYTANIE 5

dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż w zapisie: „udzielenie gwarancji, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wszelkich części i materiałów zużywalnych w okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia Umownego;” Zamawiający poprzez materiały zużywalne ma na myśli elementy serwisowe np. zestawy przeglądowe, uszczelki itp., a nie akcesoria jednorazowe takie jak elektrody dla pacjentów.

ODPOWIEDŹ 5

Tak.

Zapis wzoru umowy § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

udzielenie gwarancji, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz wszelkich części i materiałów zużywalnych w okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia Umownego, z wyłączeniem akcesorii jednorazowych takich jak elektrody dla pacjentów.

W świetle powyższego, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.09.2023 r. do godz. 10.00 oraz zmienia treść swz w sposób następujący:

- a) pkt XVII pkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00
- b) pkt XVIII pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.15.
- c) pkt XIV pkt 1) SWZ otrzymuje brzmienie: **21.10.2023 r.**
- d) ppkt 2 w pkt 10 w formularzu OFERTA otrzymuje brzmienie:
uwagam się za związanego ofertą do 21.10.2023 r.