

FORMULARZ CENOWY

Włókna laserowe

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Cena jedn. miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w zł	Producent	typ/model/nr kat.
1	Włókno laserowe o średnicy 272 µm kompatybilne z laserem typu Cyber Ho 60 produkcji Quanta System	szt.	30						

Pozostałe wymagane funkcje / parametry	Wymogi	Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
Wszystkie zaoferowane włókna są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane).	TAK	
Wszystkie włókna są min. 10-krotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134°C; podlegają gwarancji zgodnie z w/w zapisem i dokumentacją producenta. W okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.	TAK	
Klasa wyrobu medycznego.	podać	
Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego włókna - dostarczyć wraz z włóknami.	TAK	

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)