



EZ.272.043.2024
EZ/1042/24

Wrocław, dnia 06.12.2024r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, sprzętu medycznego, drzwi przesuwanych w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka” (**sygnatura sprawy EZ/1050/EM/24**).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 135 i art. 137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ i zmianą SWZ:

Pytanie 1

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać materac o minimalnych wymogach. Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h. Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaoferowany wózek ma posiadać materac o opisanych parametrach minimalnych. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji „Karty Parametrów” dla Zadania 9, poprzez wprowadzenie l.p. 17 i l.p. 18. W załączeniu zmieniona „Karta Parametrów” - ZMIANA 1 dla Zadania 9.

Pytanie 2

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać z obu stron lakierowane listwy umiejscowione pod leżem umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia które jest transportowane z pacjentem /ssaki, worki urologiczne”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oferowany wózek ma posiadać z obu stron umiejscowione pod leżem umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia które jest transportowane z pacjentem np. ssaki, worki urologiczne. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji „Karty Parametrów” dla Zadania 9 poprzez wprowadzenie l.p. 17 i l.p. 18. W załączeniu zmieniona „Karta Parametrów” - ZMIANA 1 dla Zadania 9.

Pytanie 3

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać z obu stron leża minimum 3 zintegrowane uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oferowany wózek ma posiadać z obu stron leża minimum 3 zintegrowane uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji „Karty Parametrów” dla Zadania 9 poprzez wprowadzenie l.p. 17 i l.p. 18. W załączeniu zmieniona „Karta Parametrów” - ZMIANA 1 dla Zadania 9.

Pytanie 4

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

4. Dotyczy pkt 5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać zintegrowane z leżem kątomierze umożliwiające prowadzenie terapii ułożeniowej z wyraźnym zaznaczeniem wychylenia leża w zakresie minimum +/- 18 stopni”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 5 Rozdziału III SWZ „(...) dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów (...)”.

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 5

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

5. Dotyczy pkt 7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać zintegrowane z oparciem pleców kątomierze umożliwiające prowadzenie terapii ułożeniowej z wyraźnym zaznaczeniem wychylenia kąta w zakresie 0 – 90 stopni.”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 5 Rozdziału III SWZ „(...) dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów (...).”

Pytanie 6

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

6. Dotyczy pkt 9. Zwracamy się prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać 5 koło kierunkowe blokowane w osi długiej wózka zwiększające zwrotność wózka. Dodatkowe 5 koło wspomagane hydraulicznie dla niwelowania ewentualnych nierówności podłogi np. podczas przejazdu przez progi lub wjazdu do windy”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 5 Rozdziału III SWZ „(...) dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanych wyrobów (...).”

Pytanie 7

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

7. Dotyczy pkt 13. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać tworzywową obudowę podwozia z wyprofilowanym miejscem na min 2 butle tlenowe z ich zabezpieczeniem na czas transportu”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

8. Dotyczy pkt 14. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać bariarki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża z możliwością ich odblokowania zarówno od strony głowy jak i nóg pacjenta”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

9. Dotyczy pkt 15. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg. Uchwyty składane poniżej poziomu materaca w celu lepszego dostępu do pacjenta”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 10

„Dotyczy zad. Nr 9. Wózki transportowe do przewożenia pacjentów

10. Dotyczy pkt 16. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że oferowany wózek powinien posiadać stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki które są zarazem uchwytami transportowymi z możliwością ich złożenia na ramę leża poniżej poziomu materaca w celu uzyskania lepszego dostępu do głowy pacjenta”

Odpowiedź: Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia, ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 11

„Zadanie 7: Wózki transportowe do przewożenia pacjentów – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia pacjentów o szerokości całkowitej 820 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 12

„Zadanie 7: Wózki transportowe do przewożenia pacjentów – 10 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia pacjentów wyposażony w listwy odbojowe wykonane ze stali nierdzewnej?”

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 13

„Zadanie 7: Wózki transportowe do przewożenia pacjentów – 10 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia pacjentów wyposażony w 4 wyprofilowane uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane na barierkach bocznych?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 14

„Zadanie 7: Wózki transportowe do przewożenia pacjentów – 10 szt.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia pacjentów z regulacją segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0-800°?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 15

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów o wymiarach zewnętrznych 2185 x 870 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 16

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z leżem o wymiarach 2000 x 700 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 17

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

3. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 18

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

4. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z przechyłami wzdłużnymi 12 stopni?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 19

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

5. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów bez możliwości współpracy z ramieniem C?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 20

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

6. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z listwą odbojową bez uchwytów do przetaczania?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 21

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

7. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 22

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

8. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z kołami o średnicy 150 mm?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 23

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

9. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów bez piątego koła?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 24

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

10. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 25

„Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. Zadania nr 9:

11. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy do przewożenia pacjentów z leżem opartym na systemie zbliżonym do pantografu?"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 26

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 1 pkt 5.

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka z regulacją przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12°"

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 27

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 2 pkt. 7

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka o regulacji kąta segmentu oparcia pleców w zakresie 0-87°.

Oferowany parametr różni się nieznacznie od opisanego przez zamawiającego"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 28

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 3 pkt.8.

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka wyposażonego Koła o średnicy min 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, wózek wyposażony dodatkowo w nie opuszczane 5 koło"

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 29

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 4 pkt 11

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka o konstrukcji opartej na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami. Powyższe rozwiązanie uchroni zamawiającego po

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

upływie okresu gwarancji przed wysokimi kosztami związanymi z serwisem/ naprawą wózka w przypadku min. Konieczność wymiany kolumn”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 30

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 5 pkt. 16

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka posiadającego Zintegrowany składany statyw do kroplówki (górną szczyt leża), z regulacją wysokości. Udźwig stojaka min. 5 kg. oraz Chowany stojak do kroplówki (przechowywany na podstawie wózka) z możliwością montowania we wszystkich czterech narożnikach łóżka, z regulacją wysokości w zakresie min. 60 cm”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 31

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 6 pkt. 10

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wózka o konstrukcji umożliwiającej transport pacjenta o wadze nie mniejszej niż 250kg z możliwością prowadzenia resuscytacji, zabezpieczonego krążkami odbojowymi”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 32

„Zadanie 9 Wózki transportowe do przewożenia pacjentów - 10 szt

Pytanie 7 pkt. 6

Czy zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w wózek wyposażony w Leże przeziernie na całej długości dla promieni RTG z możliwością zainstalowania podnoszonej platformy kasety na zdjęcia rentgenowskie na całej długości leża”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 33

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 1 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C ≥ 73 cm?

Proponowana głębokość ramienia C zapewnia realizację wszystkich procedur medycznych przewidzianych dla tego typu aparatów, zapewniając wysoką ergonomię oraz komfort pracy operatorów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 34

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 11 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające możliwość zablokowania ruchów ramienia realizowane poprzez zatrzymanie awaryjne (Emergency Stop) ?

Tego typu rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i obsłudze aparatu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 35

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 19 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy wyposażone w monitor dotykowy, z możliwością obracania na podstawie +/-120st, bez możliwości ustawienia monitora w poziomie?

Czy Zamawiający dopuści Panel dotykowy o rozdzielczości 1280x800, bez możliwości wyświetlania kąta widzenia?

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Taki monitor zapewni najwyższą ergonomię oraz komfort pracy obsługi."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 36

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW

Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 25 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy wyposażone w kolimator koncentryczny, prostokątny ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 37

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW

Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu Lampa rentgenowska, kolimator - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające uchwytu na obudowie lampy do łatwego pozycjonowania urządzenia podczas pracy ?

Tego typu rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i obsłudze aparatu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 38

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW

Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 32- Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy wyposażone w generator wysokiej częstotliwości pracujący w zakresie 18 kHz do 50 kHz?

Taka konstrukcja pozwala w sposób automatyczny zmieniać częstotliwość pracy generatora w zależności od obciążeń prądowych. Jednocześnie generator może działać z maksymalną częstotliwości 44 kHz która to wartość jest wyższa od wymaganej przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 39

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW

Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 63 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające funkcji cyfrowego powiększania obrazu “na żywo” bez zwiększania dawki ?

Tego typu rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i obsłudze aparatu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 40

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW

Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 66 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające funkcji pomiarowych (odległości i kąty), możliwość dokonywania pomiaru na powiększonym obrazie po raz wykonanej kalibracji?

Tego typu rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i obsłudze aparatu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Sporządziła: Ewa Kupis

Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław

e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 41

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 67 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy nie posiadające możliwości wyświetlania zapamiętanych kątów?

Tego typu rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i obsłudze aparatu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił w SWZ parametry i ich nie zmienia.

Pytanie 42

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 69 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy wyposażone w monitory umieszczone na nie przegubowym ramieniu ?

Takie rozwiązanie zapewnia najwyższą ergonomię oraz komfort pracy obsługi.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 43

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 72 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy posiadające możliwość dokonania pomiaru stenozy min. z dwóch wartości, pomiar wyrażony w % ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 44

„Szanowni Państwo,

Odnosząc się do w/w postępowania przesyłamy pytania dot. Załącznik nr 3 do SWZ EZ/1050/24 - KARTA PARAMETRÓW
Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Dotyczy punktu 78 - Zadanie 6 Aparat RTG ramię C

Czy Zamawiający dopuści do postępowania rozwiązanie konkurencyjne w postaci ramienia C renomowanej firmy wyposażone w Wyjście DVI-D?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Zamawiający w oparciu o art. 137 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie zmiany zapisów Załącznika nr 4b „Projektowanych postanowień umowy” w zakresie: paragrafu 6, paragrafu 7, paragrafu 9, paragrafu 13.

Ponadto, w związku z pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianą SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 20.12.2024r.**, miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia **19.03.2025r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu zmieniony:

- Załącznik nr 3 do SWZ „Karta Parametrów” - ZMIANA 1 dla Zadania 9,
- Załącznik nr 4b „Projektowane postanowienia umowy” – ZMIANA 1.

Sporządziła: Ewa Kupis
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY ŚLĄSK