



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 2314 /2022

Data: 02.06.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu endoskopowego oraz laparoskopowego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”
Numer sprawy: 1191/ 2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. § 2 ust. 4 pkt. h) Załącznika Nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Czy Zamawiający wpisując w treść umowy "naprawy i wymianę nowych oryginalnych części zamiennych sprzętu medycznego" ma na myśli, że części zamienne mogące ulec uszkodzeniu mają zostać doliczone do oferty? czy będą rozliczane osobno?

Odpowiedź: Będą rozliczane osobno. Przystąpienie do naprawy urządzeń poprzez wymianę ich części wymaga uprzedniego przedstawienia kosztorysu do akceptacji.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

