



Słupsk, dnia 14.08.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
pn.: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku”- nr postępowania 79/PN/2023**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Pakiet 5 poz. 14:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 28 pozycji 14 do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty, dając Zamawiającemu możliwość lepszego zadysponowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację przedmiotowego pakietu.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Pakiet 5 poz. 14:

Ze względu na wycofanie z produkcji zestawu do biopsji wątroby HEPAFIX, spełniającego parametry wymagane w pkt. 14 pakietu 5 SWZ, prosimy Zamawiającego o wykreślenie tej pozycji z pakietu 5, lub uwzględnienie powyższej informacji w realizacji przedmiotowego pakietu w zakresie pkt. 14. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty, dając Zamawiającemu możliwość lepszego zadysponowania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację przedmiotowego pakietu. Ostatnia oferowana cena na ten produkt w 2022 r.: 60,00 netto / szt.

**Odp.: Zamawiający informuje iż w przypadku wycofania z produkcji asortymentu z poz. nr 14 części nr 5 należy podać ostatnią cenę sprzedaży i informację pod pakietem o zakończeniu produkcji.**

3. Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek w rozmiarze 8 cm x 5,8 cm zamiast 8 cm x 6 cm. Wszystkie pozostałe zgodnie z wymogami.

**Odp.: Tak.**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w 57 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. **Pakiet 2, poz. 1**

W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, **prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuchy będące wyrobem medycznym.**

6. Jeżeli Zamawiający **nie** oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to **czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?**

**Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuchy będące środkiem ochrony indywidualnej kat. I.**

7. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy **w pakiecie 2. Poz. 1?**

**Odp.: Przez personel Szpitala.**

8. **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści przesuwaną zastawkę zamiast obrotowej?

**Odp.: Nie.**

9. **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści oznaczenie liczbowe rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika oraz na zaworze kontroli siły ssania, a także kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym?

**Odp.: Nie.**

10. **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści rozmiary cewników dla rurek intubacyjnych 12-16?

**Odp.: Nie.**

11. **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści długość cewnika dla rurek intubacyjnych 60 cm?

**Odp.: Nie.**

12. **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści długość cewnika dla rurek tracheostomijnych 30 cm?

**Odp.: Nie.**

13. **Część nr 10 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści, aby zamiast cewnika wymiennego podczas pracy respiratora został zaofertowany kompletny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym taki jak w pozycji 1?

**Odp.: Nie.**

14. **Część nr 10 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści rozmiary cewników dla rurek intubacyjnych 12-16?

**Odp.: Nie.**

15. **Część nr 10 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści długość cewnika dla rurek intubacyjnych 60 cm?

**Odp.: Nie.**

16. **Część nr 10 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści długość cewnika dla rurek tracheostomijnych 30 cm?  
**Odp.: Nie.**

17. **część 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę opatrunków w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 2.210 pełne opakowania? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odp.: Tak.**

18. **dot. opisy przedmiotu zamówienia – formularz asortymentowo-ilościowy - część 11:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w części 11 Multipack zawierający: 2x 60ml strzykawka z kolcem, łącznikiem Y z drenem 250cm z pojedynczym zaworem, limit ciśnienia 375 PSI do strzykawki automatycznej Optistar.

**Odp.: Nie.**

19. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: Część 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem.**

20. Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części 11 postępowania wkład kompatybilny z wstrzykiwaczem Optistar zawierający łącznik o długości 250cm?

**Odp.: Tak.**

21. Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części 11 postępowania wkład kompatybilny z wstrzykiwaczem Optistar zawierający łącznik Y z dwoma zaworkami?

**Odp.: Nie.**

22. Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części 11 postępowania wkład kompatybilny z wstrzykiwaczem Optistar zawierający łącznik o wyższej wytrzymałości ciśnieniowej tj 350psi?

**Odp.: Nie.**

23. Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części 11 postępowania wkład kompatybilny z wstrzykiwaczem Optistar zawierający łącznik o wyższej wytrzymałości ciśnieniowej tj 300psi?

**Odp.: Nie.**

24. **Zdanie nr 10, pozycja nr 1**

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „**DLA POZ. 1.** Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do użytku wielo dobowego (min 48h): łącznik Y + Rękaw” Produktu o poniższych parametrach: „**DLA POZ. 1.** Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do użytku wielo dobowego (min 48h): Rękaw + łącznik Y jako dodatkowo załączany adapter”

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

25. **Zdanie nr 10, pozycja nr 1** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „obrotowa zastawka umożliwiająca oddzielenie cewnika od dróg oddechowych pacjenta (od łącznika) i przeprowadzenie bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji” Produktu o poniższych parametrach: „Adapter do podłączenia zamkniętego systemu odsysania do drewna zakończony łącznikiem schodkowym z kontrolą odsysania. Umożliwiająca oddzielenie cewnika od dróg oddechowych pacjenta (od łącznika) i przeprowadzenie bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji.”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
26. **Zdanie nr 10, pozycja nr 1** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm” Produktu o poniższych parametrach: „Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 560 mm”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
27. **Zdanie nr 10, pozycja nr 1** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Rozmiary cewników 12,14 do rurek tracheostomijnych , długość cewnika 365 mm” Produktu o poniższych parametrach: „\* Rozmiary cewników 12,14 do rurek tracheostomijnych , długość cewnika 360 mm”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
28. **Zdanie nr 10, pozycja nr 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „**DLA POZ. 2** Cewnik wymienny podczas pracy respiratora (Rękaw) bez konieczności odłączania urządzenia od systemu (kompatybilne z poz. 1.)” Produktu o poniższych parametrach: „**DLA POZ. 2.** Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do użytku wielo dobowego (min 48h): Rękaw + łącznik Y jako dodatkowo załączany adapter”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
29. **Zdanie nr 10, pozycja nr 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm” Produktu o poniższych parametrach: „Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 560 mm”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
30. **Zdanie nr 10, pozycja nr 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Rozmiary cewników 12,14 do rurek tracheostomijnych , długość cewnika 365 mm” Produktu o poniższych parametrach: „\* Rozmiary cewników 12,14 do rurek tracheostomijnych , długość cewnika 360 mm”  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
31. **Zdanie nr 10, pozycja nr 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu. Zamiast: „**DLA POZ. 2** Cewnik wymienny podczas pracy respiratora (Rękaw) bez konieczności odłączania urządzenia od systemu (kompatybilne z poz. 1.)”

\* Rozmiary cewników 10-16 do rurek intubacyjnych 7,5 – 10, długość cewnika 580 mm \* Rozmiary cewników 12,14 do rurek tracheostomijnych , długość cewnika 365"

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

32. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.
  3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.
  4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

**Odp.: Nie.**

33. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: Patrz paragraf 6 ust 5 wzoru umowy.**

34. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, paroprzepuszczalnej opatrunkowej wkładki do wkłóć obwodowych 7x7,3 +/-0,01 cm z zaokrąglonymi rogami z profilowanym wycięciem w kształcie trójlistnej kończyny, z przezroczystym okienkiem z folii poliuretanowej 3,9x4,7 cm umożliwiającym inspekcję miejsca wkłucia( z warstwą klejącą na bazie akrylu naniesioną wzorem podobnym do diamentu), z włókninowym obrzeżem stabilizującym, z dodatkowym paskiem z perforacją stanowiącym zabezpieczenie przeciwlęgłe, z metką z nadrukiem data/godzina i ramką ułatwiającą aplikację . Zapewnia dopasowanie do ciała i stabilizację kaniuli do 7dni, odporny na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM1671.Opakowanie jednostkowe torebka papierowa typu peel pouch.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak