



# Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 20.09.2024r.

## Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP-57/2024- dostawa pierwszego wyposażenia dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1

Dot. Załącznik nr do SWZ- Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną spełniającą wymogi eksploatacyjne o poniższych parametrach.

Napięcie zasilania 100-240V AC

Częstotliwość napięcia zasilania 50-60 Hz

Natężenie oświetlenia w odległości 1 m (Ec) 160 000 lux

Wskaźnik oddawania barw Ra 95

Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 90

Średnica pola roboczego d10 26 cm

Średnica płamy d50 14 cm

Regulowana średnica pola roboczego 14÷28 cm

Temperatura barwowa 4500 K oraz 5000 K

Całkowite natężenie napromienienia dla 160 000 lux 580 W/m<sup>2</sup>

Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1 °C

Liczba źródeł światła 5 modułów = 30 LED

Żywotność źródeł światła powyżej 60000 godzin

Wgłębność oświetlenia 60% L1+L2 65 cm

Wgłębność oświetlenia 20% L1+L2 115 cm

Pobór mocy pozornej odniesieniu do Ec 51%

Pobór mocy oprawy lampy 60 VA

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym I

Stopień ochrony obudowy (dotyczy zawieszenia i kopuły) IP 20

Gwarancja 36 miesięcy

Mając na uwadze poprawność merytoryczną prowadzonego postępowania oraz określone minimalne wymagania w SWZ, w celu zwiększenia konkurencyjności proszę o dopuszczenie opisanej lampy do zaoferowania

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**