



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dnia 28.09.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
 którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitarami

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 – j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. *Dot. warunków umowy. W projektowanych warunkach umowy i w formularzu dotyczącym warunków gwarancji, zobowiązujecie Państwo do wykonywania przeglądów urządzeń w ramach udzielonej gwarancji. Przeglądy w okresie gwarancji zgodne z wymogami określonymi przez producenta w ramach ceny dostawy bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego (powiadomienie Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem sw@skwam.lodz.pl)*

- Wymiany/naprawy uszkodzonych części
- Dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy
- Robociznę
- Wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych.

Z informacji udzielonych przez producentów spełniających zapisy parametrów minimalnych uzyskaliśmy informacje, że przeglądy te nie są wymagane.

Dlatego też, prosimy o wykreślenie z warunków gwarancji i zapisów załączanej umowy sformułowań dotyczących przeglądów w trakcie trwania okresu gwarancji.

Odpowiedź:

Wykonawca w punkcie 3 załącznika nr 1b) do Formularza Oferty WARUNKI GWARANCJI I SERWISU zgadza się na przeglądy w okresie gwarancji zgodne z wymogami określonymi przez producenta. Zamawiający nie wskazuje tych wymagań.

Wykonawca w punkcie 7 załącznika nr 1b) do Formularza Oferty WARUNKI GWARANCJI I SERWISU wpisuje ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Zamawiający nie wskazuje minimalnej liczby przeglądów.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów innych niż opisane w SWZ zaznaczyć, iż parametr / zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. WAM - CSW

Anna Pietrzyk
 mgr Anna Pietrzyk