



Znak: AE/ZP-27-52/21

Tarnów, 2021-12-06

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 214.000 EURO) na dostawę kardiostokografu z komputerową analizą zapisu 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 2** - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie głowice mają znajdować się w zestawie z aparatem KTG – głowice przewodowe czy bezprzewodowe (telemetria)?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 15** - Czy Zamawiający dopuści głowicę TOCO przewodową IPX4? Standard IP68 ma zastosowanie w przypadku głowic bezprzewodowych, gdzie istnieje możliwość kontaktu z wodą. W przypadku głowic przewodowych nie ma takiej możliwości.
3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 16** - Co Zamawiający ma na myśli: "analiza komputerowa"? Czy ma być to analiza wbudowana w aparat, czy dodatkowo do aparatu ma zostać dostarczony komputer?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 pkt. 24** - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego parametru. Nie ma on wpływu na jakość wykonywanego badania, a jest parametrem dodatkowo punktowanym przez Zamawiającego.
5. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego $1\text{MHz} \pm 100\text{Hz}$?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował aby aparat miał funkcję ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US/Cardio Ostrzeganie – 10 pkt, brak-0
7. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował aby obsługa aparatu była wyłącznie przez ekran dotykowy, bez przycisków i pokręteł. Obsługa możliwa w medycznych rękawiczkach? Obsługa wyłącznie przez ekran dotykowy-10 pkt, inne-0 pkt
8. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował możliwość pomiaru tętna matki? MHR-10 pkt, brak-0 pkt
9. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował aby głowice bezprzewodowe mierzyły te same parametry co aparat przewodowy? Tak-10 pkt, nie-0pkt
10. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację głowic. Dioda Led – 10 pkt, Kolorowe oznaczenie – 0 pkt
11. **Dotyczy Załącznika Nr 5** - Czy Zamawiający będzie dodatkowo punktował wyświetlanie informacji o stanie naładowania głowic bezprzewodowych na ekranie aparatu KTG. Tak – 10 pkt, nie – 0 pkt

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.4 Załącznika Nr 5 do SWZ wymaga zaoferowania głowic kardo 2 szt. bezprzewodowych oraz zgodnie z wymogiem określonym w pkt.10 Załącznika Nr 5 do SWZ wymaga zaoferowania głowicy TOCO 1 szt. bezprzewodowej, ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt.2 Załącznika Nr 5 do SWZ zaoferowany aparat ma posiadać możliwość pracy z głowicami przewodowymi i bezprzewodowymi (telemetria).

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zgodnie z wymogiem określonym w pkt.10 Załącznika Nr 5 do SWZ wymaga zaoferowania głowicy TOCO 1 szt. bezprzewodowej.

Ad. 3

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w SWZ wymaga zaoferowania analizy komputerowej wbudowanej w aparat.

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr *Renata Nosek*

