

Centrum Polityki Zakupowej
Dział Procedur Zakupowych
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5750.291.1.170.2022.JZ na dostawę suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłany przez Wykonawcę, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Dot. poz 3 i 4 OPZ (załącznik nr 5 do SWZ) Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach wewnętrznych 400 x 420 x 330 oraz wymiarach zewnętrznych 660 x 430 x 470 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania?	Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany „Załącznika nr 5 do SWZ – opisu przedmiotu zamówienia” w pozycji 3 i 4 – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.12.2022 r.” w pozycji 3 i 4.

W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp, przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **10.01.2023 r. do godz. 10:00**,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.01.2023 r. o godz. 10:30**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ,
- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **09.04.2023 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia 27.12.2022 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 27.12.2022 r.”, który zastępuje dotychczasowy „Załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia”.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

Ewa Rola