



Grudziądz, dnia 12.01.2024 r.

ZP-135/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy (znak sprawy: Z/110/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/110/PN/23), wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Zadanie 12:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia z zadania 12 pozycja 2. Jakiego złącza długości 150cm oczekuje Zamawiający? Czy niskociśnieniowego złącza o wytrzymałości ciśnieniowej 350psi, czy wysokociśnieniowego złącza o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że oczekuje złącza wysokociśnieniowego o wytrzymałości do 1200 psi. Zamawiający **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 jak poniżej.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego dla Oddziału Chirurgii Naczyń na okres 24 miesięcy” (znak sprawy: Z/110/PN/23), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 12 jak w załączeniu.





Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji
- lub**
- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

