



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *dostawę implantów oraz akcesoriów do implantów, ZP-23-042UN*

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 – Dotyczy zał. nr 1 do SWZ, pakiet 1 pkt. 2 i 3 W przypadku oferowania procesorów jednomodułowych czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zasilania przy pomocy akumulatora?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 - Dotyczy zał. nr 1 do SWZ, pakiet 1 pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie alternatywne tj. aplikację do zdalnego sterowania procesorem zamiast pilota? Uzasadnienie: Aplikacja daje tę samą możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy, jak za pomocą pilota.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 - Pakiet nr 2 Poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na procesory kompatybilne wyłącznie ze wspornikami typu Ponto?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 - Pakiet nr 2 Poz. 3 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak zaczepu magnetycznego i brak możliwości wymiany na magnetyczny w przyszłości a w zamian za to dopuści standardowy zaczep mechaniczny bezpośrednio do wspornika implantu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na brak zaczepu magnetycznego.

Pytanie 5 - Pakiet nr 2 Poz. 4 1. Czy Zamawiający dopuści zatraskiwanie samego procesora od zewnątrz wspornika implantu?

Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie 6 - Pakiet nr 2 Poz. 6 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją OpenSound Navigator, zapewniającą użytkownikom dostęp do dźwięku w promieniu 360°, pozwalający zachować szczegóły mowy, zarządzający sprzężeniem i zapobiegający jego powstawaniu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.