

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na:

Dostawa myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla Centralnej Sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ogłoszone w BZP pod numerem 2021/BZP 00038310/01 z dnia 22/04/2021

Termin składania ofert **05.05.2021 r godz. 11:00**

Termin otwarcia ofert **05.05.2021 r godz. 11:30**

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
- Formularz oferty - załącznik nr 2
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3
- Projekt umowy - załącznik nr 4

zatwierdzam.....

(kierownik jednostki zamawiającego)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

Ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew

Godziny pracy: 7²⁵ – 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Adres poczty elektronicznej: dor@szpitalsochaczew.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.); zwanej dalej również „ustawą PZP”./ art. 275 pkt 2 – tryb podstawowy z możliwością negocjacji.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. **Zamawiający wymaga, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejsc u Zamawiającego.**

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 26.04.2021 roku od godziny 8:00-10:00

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy pzp, oferta Wykonawcy złożona bez odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni i sterylizatorów z przeznaczeniem dla centralnej sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 1** do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SWZ.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33191000-5

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – liczba części 2

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7/8 ustawy PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie – do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania)

b) Zdolności technicznej lub zawodowej. (*kwalfikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny*):

- Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 2 dostawy sprzętu medycznego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda dla zadania I oraz o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 brutto każda dla zadania 2. *Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest spełniony, jeżeli będą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają dostawę do realizacji której te zdolności są wymagane).*

2. W przypadku o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy PZP.

- 1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę:
 1. Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r, o sporcie,
 - d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) Powierzenia wykonania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o których mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 - g) Przeciwno obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 2. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.;
 3. Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 4. Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
 5. Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie;
 6. Jeżeli w przypadkach o którym mowa w art. 85 ust.1 ustawy PZP doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 3** do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI 1. niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SWZ
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia:
 - a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – załącznik nr 3 do SWZ
5. W zakresie nie-uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIa. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ,

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących dokumentów przedmiotowych:

1. Kserokopie dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.
2. Foldery producenta potwierdzające opis przedmiotu zamówienia

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew> .
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany swz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
4. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452; dalej: „Rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
6. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: .pdf.
 7. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- a) dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;
 - b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
 9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
 10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
 11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ
 12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
 13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 1. Pani Joanna Nawłatyna , e-mail: dor@szpitalsochaczew.plJednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ.

VIII. Wymagania dotyczące wadium. – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający może przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się jednokrotnie do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1) wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
 - 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-3 niniejszej SWZ;
 - 3) opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1 do SWZ**.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane w niniejszej SWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa w SWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.
 - b. złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobisty przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonego/kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
11. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale opatrzonej kwalifikowany odpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczony notarialnie opatrzonej kwalifikowany odpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.
13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalsochaczew> do dnia 05.05.2021 roku do godziny 11:00
15. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w pkt X.1 SWZ dokumenty w postaci elektronicznej .
16. Po wypełnieniu Formularza oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
17. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób:
 - bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy - jeżeli jest to wymagane oraz
 - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).
18. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
19. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami : <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2021 roku o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w pok. 165.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania informację na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
3. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 122 ust.5 ustawy PZP.
 - b) Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) Cen zawartych w ofertach.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do SWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia .
2. Łączna cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym w niniejszej SWZ.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia-poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający wymaga wypełnienia Formularza cenowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.
6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem zawartym w Formularzu cenowym.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wprowadza kryterium oceny ofert tj. cena – 90% , Cechy jakościowe – 10%

2. **Opis sposobu obliczenia ceny.**

Cena oferty brutto będzie oceniona wg wzoru::

$$90\% \times (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C_{\min} . – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

C_{bad} . – cena brutto badanej oferty.

Zaoferowana cena będzie ceną brutto podaną w ofercie cenowej - załącznik nr 1 do oferty.

3. Cechy jakościowe przedmiotu zamówienia zostaną ocenione przez Członków komisji na podstawie parametrów podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Suma punktów przyznanych ofertom zostanie podstawiona do wzoru .

Cechy jakościowe będą ocenione wg wzoru::

$$10\% \times (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

$C_{\text{u badn}}$. – ilość pkt. przyznanych badanej ofercie

$C_{\text{u max}}$. – maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania.

Ocena oferty jest sumą otrzymanych punktów w kryterium cena i cechy jakościowe.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, po ponownym przeprowadzeniu badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 2.1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864 95 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę myjni oraz sterylizatorów z przeznaczeniem dla centralnej sterylizatorni ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2021 w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dostawcom usług IT, usług prawnych oraz pocztowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78, ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania

- określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu :
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciąży na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zadanie I - Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany / opisać
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa i typ	Podać	
3.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020/2021	TAK	
4.	Komora przelotowa, dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1, 5 mm.	TAK	
5.	Drzwi komory przesuwne, otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny, drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych, oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po stronie załadowniczej i rozładowniczej.	TAK	
6.	Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku/rozładunku myjni utworzonego po otwarciu drzwi 700-900 mm	TAK	
7.	Szerokość myjni maksymalnie do 90 cm (konstrukcja myjni niewymagająca dostępu serwisowego bocznego)	TAK	
8.	Pojemność, 18 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1	TAK	
9.	Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i osprzętu anestezyjologicznego i innego.	TAK	
10.	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej.	TAK	
11.	Wlot wody ciepłej, zimnej i uzdatnionej w górnej części komory. Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 30 litrów. Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku.	TAK	
12.	Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. System anti-pianowy do mycia wstępnego brudnych narzędzi (w przypadku pojawienia się piany uruchamia się automatycznie dodatkowe płukanie).	TAK	
13.	Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej	TAK	
14.	Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej	TAK	

15.	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną, dejonizowaną (demineralizowaną).	TAK	
16.	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50 mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia, oraz konieczność serwisowania).	TAK	
17.	Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia, wydajność pompy min 900 l/min, wirnik pompy wykonany ze stali kwasoodpornej. Pompa, oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy	TAK	
18.	Trzy pompy detergentu, każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących, z możliwością ich kalibracji. Myjnia powinna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych, niezależnie od wielkości załadunku komory.	TAK	
19.	Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie.	TAK	
20.	Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie, oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku.	TAK	
21.	Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat, oraz aktywator). Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku i ilości pobranej wody.	TAK	
22.	Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych	TAK	
23.	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik wyposażony w złącze, umożliwiające współpracę z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi.	TAK	
24.	Wszystkie procesy realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika	TAK	
25.	Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem graficznym, zlokalizowany po stronie załadowniczej (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu, o przyczynach błędów i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Wyświetlacz zlokalizowany na stronie załadowniczej na ergonomicznej wysokości 1400-1500mm.	TAK	
26.	Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 liniowym po stronie wyładowniczej informujący o stanie programu, o stanie alarmowym, oraz stanie urządzenia przez cały czas pracy.	TAK	
27.	Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem.	TAK	

28.	Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowniczej i wyładowniczej o czasie pozostałym do końca procesu	TAK	
29.	Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej.	TAK	
30.	Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (po stronie rozładowniczej).	TAK	
31.	Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji łatwej do utrzymania w czystości (bez wystających obramowań). Powierzchnia czołowa po stronie załadowniczej i wyładowniczej szklana.	TAK	
32.	Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93st.C i termiczno-chemicznej w 55 st. C.	TAK	
33.	Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C A0=3000, suszenia nie przekraczający 50 min dla załadunku komory narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg.	TAK	
34.	Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowniczej, (zgodnie z normą EN 15883) zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0, oraz wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0.	TAK	
35.	Liczba programów mycia –dezynfekcji (minimum 10 zwalidowanych programów)	TAK	
36.	Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st. C) uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu.	TAK	
37.	Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodne z normą PN EN 15883-1, oraz PN EN –15883 – 2	TAK	
38.	Z możliwością wykonania czynności walidacyjnych.	TAK	
39.	Wbudowana suszarka w celu zapewnienia idealnego suszenia narzędzi ciężkich oraz o skomplikowanych kształtach moc grzewcza minimum 10kW, ogrzewana elektrycznie wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 500m ³ /h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego.	TAK	
40.	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H 13 powietrza suszącego.	TAK	
41.	Silnik suszarki bezszczotkowy	TAK	
42.	Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia	TAK	
43.	Separator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem :odprowadzanie kondensatu (skroplin) oparów po stronie urządzenia	TAK	
44.	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymani w czystości możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, oraz wystających elementów elektrycznych.	TAK	

45.	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry, oraz od dołu. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obrotu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych).	TAK	
46.	Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia, przeszklone drzwi komory ,uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi.	TAK	
47.	Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych, podłączenie odpływu z myjni bezpośrednio do kanalizacji.	TAK	
48.	Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, 24-25 kW	TAK	
49.	Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: ciepłej, zimnej, ,demineralizowanej. Prędkość poboru wody przez myjnię minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza.	TAK	
50.	System automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych połączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu(ograniczenie możliwości popełnienia błędu) informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na wydruku procesu.	TAK	
51.	Możliwość podłączenia urządzenia do istniejącego i działającego w Centralnej Sterylizatorni programu komputerowego dokumentującego pracę urządzeń technicznych.	TAK	
52.	Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego, dla każdego programu oddzielnie	TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
53.	Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem	TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
54.	Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia	TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
55.	Wyprowadzenie na zewnątrz strefy brudnej oparów powstałych podczas procesu suszenia narzędzi i sprzętu.	TAK	
	Dodatkowe wyposażenie		
56.	Wózek narzędziowy 5- poziomowy, z adaptowanymi półkami(2 wyjmowane poziomy) ze stali nierdzewnej o pojemności 15 tac 1/1 DIN, (DxS) 485x260 mm. . Przyłącze myjąco-suszące wózka umiejscowione w podstawie myjni. Materiał stal kwasoodporna – 1 szt	TAK	
57.	Wózek narzędziowy 6-poziomowy ze stali nierdzewnej, o pojemności 18 tac1/1 DIN. Minimalna wysokość każdego z poziomów min 70mm. Przyłącze myjąco-suszące wózka umiejscowione w podstawie myjni. Materiał stal kwasoodporna- 1 szt	TAK	
58.	Kosz siatkowy o wymiarach 480x245x50 mm – 24 szt	TAK	
59.	Mata silikonowa o wymiarach 475x230 mm – 10 szt	TAK	
60.	Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 60x60x40mm – 2 szt	TAK	

61.	Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 120x120x60mm – 2 szt	TAK	
62.	Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 240x240x100mm - 2 szt.	TAK	
63.	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy, stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia wymiary blatu ok.65x85 cm(szer.x dł.), wysokość wózka ok. 85 cm, 4 kółka skrętne, wyposażone w odbojnice, w tym 2 wyposażone w hamulce, wykonane z gumy niebrudzącej podłogi - 1 szt	TAK	
64.	Wózek transportowy 2-poziomowy ze stali kwasoodpornej przeznaczony do transportu wózków załadowniczych (z możliwością blokowania kół) – 2 szt	TAK	
	Warunki gwarancyjne		
65.	Okres gwarancji min. 36 miesięcy.	TAK/podać	
66.	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy	TAK	
67.	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres)	TAK/podać	
68.	Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia	TAK	
69.	Maxymalny czas naprawy – 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy	TAK	
70.	Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania	TAK	
71.	Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę	TAK	
72.	Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.	TAK	
73.	Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny	TAK	
74.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego przyłącza myjni do mediów, przyłączenie i uruchomienie myjni.	TAK	
75.	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego	TAK	
76.	Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową	TAK	
77.	Instrukcje w języku polskim	TAK	
78.	Demontaż myjni i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie II - Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt.

Lp.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany / opisać
1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa i typ	Podać	
3.	Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2021, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, oferowane produkty nie są prototypami	TAK	
Sterylizator parowy z wytwornicą pary			
4.	Przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowniczej, lub wyładowniczej, nie wymaga dostępu z prawej, lub z lewej strony możliwość ustawienie sterylizatorów obok siebie.	TAK	
5.	Komora sterylizacyjna pozioma, prostokątna z żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI ,izolowana termicznie.	TAK	
6.	Pojemność komory : 6 jednostek wsadu(JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj.1JW=600x300x300mm(dxsw).		
7.	Minimum 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora.	TAK 2 lub 3 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt 1 zawór bezpieczeństwa – 20 pkt	
8.	Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie.	TAK	
9.	Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie)	TAK	
10.	Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.	TAK	
11.	Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym, lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości.	TAK Napęd drzwi pneumatyczny – 0 pkt Napęd drzwi elektryczny – 20 pkt	
12.	Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora.	TAK	
13.	Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym.	TAK	

14.	Główne panele czołowe i rama wykonana ze stali kwasoodpornej.	TAK	
15.	Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć deklarację producenta)	TAK	
16.	Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN-ISO 17665/EN ISO 17665 (port walidacyjny w komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normami i dyrektywą o wyrobach medycznych).	TAK	
17.	Na wyposażeniu automatyczny elektroniczny system testu Bowie-Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym oprogramowaniem archiwizacyjnym na minimum 1500 cykli testowych (dla każdego sterylizatora).	TAK Wbudowany elektroniczny system testu – 20 pkt Zewnętrzny elektroniczny system testu – 0 pkt	
18.	System oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system).	TAK	
19.	Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody.	TAK	
20.	Wbudowana własna elektryczna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalenie), izolowana termicznie.	TAK	
21.	System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary.	TAK	
22.	Steryliizator nie wymagający stosowania specjalnych elementów montażowych, lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół.	TAK	
23.	Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie.	TAK	
24.	Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego.	TAK	
25.	Po stronie załadowniczej dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 10 cali, z przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim.	TAK	

26.	Po stronie wyładowczej sterylizatora kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7"	TAK	
27.	Wbudowana drukarka parametrów cyklu w formie tekstowej i graficznej (wykres) po stronie załadowniczej.	TAK Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowniczej: <10cm – 0 pkt >10cm – 20 pkt	
28.	Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego.	TAK	
29.	Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowniczej i wyładowczej.	TAK	
30.	Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną	TAK	
31.	Program rozgrzewający i testu szczelności	TAK	
32.	Program testowy Bowie-Dick 134°C czas ekspozycji 3,5 min	TAK	
33.	Minimum 1 program sterylizacyjny 121°C (wymienić i opisać)	TAK	
34.	Minimum 4 programy sterylizacyjne 134°C (w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i program na priony.	TAK	
35.	Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg. wymagań użytkownika, min 10 programów	TAK	
36.	Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line przez złącze sieciowe.	TAK	
37.	Program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora podglądem pracy podzespołów na tym schemacie.	TAK	
38.	Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika.	TAK	
39.	Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cykli sterylizacji (program Dokumentator) i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń Centralnej Sterylizatorni. Automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego,.	TAK	
40.	Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych do odczytywania do sterownika kodów załadunku.	TAK	

41.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, z oprogramowaniem Dokumentator	TAK	
42.	Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności i programu testowego Bowie-Dick.	TAK	
43.	Energia elektryczna: 400 V, 50Hz, moc nie większa niż 40 kW	TAK	
44.	Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max.1000 x 1300 x 2500 mm (sxgxw)	TAK	
45.	Listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI)	TAK	
	Dodatkowe wyposażenie do 2 sztuk sterylizatorów		
46.	Wózek załadowniczy sterylizatora parowego na 6 JW : - 2 szt	TAK	
47.	- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej	TAK	
48.	-4 kółka jezdne z obrotnikami, w tym min. 2 z hamulcem	TAK	
49.	-bieżnie kółek z nie brudzącej gumy	TAK	
50.	-mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego	TAK	
51.	Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW : - 2 szt.	TAK	
52.	- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej	TAK	
53.	-dwie półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach	TAK	
54.	Stacja uzdatniania wody o wydajności do 10 m ³ /dobę, oraz wykonanie instalacji doprowadzającej wodę demineralizowaną do sterylizatorów	TAK	
55.	Zasilanie elektryczne :wymiana na nowe kable zasilające sterylizatory po stronie Wykonawcy	TAK	
56.	Wyposażenie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni (strefa brudna, czysta i sterylna) w profesjonalną klimatyzację .	TAK	
	Warunki gwarancji		
57.	Okres gwarancji min. 36 miesięcy.	TAK/podać	
58.	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy	TAK	
59.	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres)	TAK/podać	
60.	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę.	TAK	

61.	Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia.	TAK	
62.	Maxymalny czas naprawy – 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy	TAK	
63.	Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania	TAK	
64.	Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę	TAK	
65.	Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego.	TAK	
66.	Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny	TAK	
67.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego przyłącza sterylizatorów do mediów, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu.	TAK	
68.	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego	TAK	
69.	Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową	TAK	
70.	Instrukcje w języku polskim	TAK	
71.	Utrzymanie ciągłości pracy sterylizatorów podczas montażu urządzeń	TAK	
72.	Zgłoszenie i odbiór UDT po stronie wykonawcy	TAK	
73.	Demontaż sterylizatorów i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego	TAK	

Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

FORMULARZ OFERTY
EK-ZZ/ZP.261.27.D.2021r

O F E R T A

... ..
U 1
0 0 - 0 0 0

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na **dostawę myjni i sterylizatorów z przeznaczeniem dla centralnej sterylizacji ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie**, składamy niniejszą ofertę:

A. DANE WYKONAWCY

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:

Wykonawca/Wykonawcy:

.....

.....

Adres:

.....

REGON:.....

NIP:.....

Tel:.....

Wykonawca jest MP/ŚP/inny

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

e-mail:

(na które zamawiający ma przysyłać korespondencję)

B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

.....

.....

.....

.....

C. CENA OFERTOWA:

1. (Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ)

Zadanie I

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę w (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa producenta
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa	Szt	1						
	RAZEM								

Zadanie II

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość	Cena netto za jednostkę miary (PLN)	VAT %	Cena brutto za jednostkę w (PLN)	Wartość netto (PLN)	Wartość brutto (PLN)	Nazwa producenta
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1.	Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu	Szt	2						
	RAZEM								

D. OŚWIADCZENIA:

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
- 2) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.06.2021r.
- 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
- 5) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy;
- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
- 7) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

- 1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:
e-mail:, tel/fax:
- 3)

F. PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)

- 1)
- 2)
- 3)

G. SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do oferty - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ)
- 2) Załącznik nr 2 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Załącznik nr 3 do oferty – Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy)

Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych
DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania na :

działając w imieniu Wykonawcy:

.....

.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZAM, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy PZP wykluczy:

1. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

- 1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie,
 - d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) Powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 - g) Przeciwno obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.;

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie;
- 6) Jeżeli w przypadkach o którym mowa w art. 85 ust.1 doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania)

c) Zdolności technicznej lub zawodowej. *(kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny):*

- Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 2 dostawy sprzętu medycznego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda dla zadania I oraz o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 brutto każda dla zadania II . *Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest spełniony, jeżeli będą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają dostawę do realizacji której te zdolności są wymagane).*

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....
.....
.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 do SWZ

Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

UMOWA Nr EK-ZZ/ZP.261.27.D.2021r

zawarta w dniu2021 roku w Sochaczewie, pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7; wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 14-00143; zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020330, o nadanym NIP: 837-15-07-803 i REGON: 017222233,

reprezentowanym przez: **Roberta Skowronka - Dyrektora**,
zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”

a

.....,
zarejestrowanym w
..... o nadanym NIP, REGON
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej treści umowy "**Wykonawcą**",
zwanymi łącznie „**Stronami**”, a każda z nich z osobna „**Stroną**”.

§ 1.

Przedmiot umowy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa:

..... zgodnie opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2.

Zakres dostawy i pozostałe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy do miejsca przeznaczenia: Centralna Sterylizatornia ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, oraz zobowiązuje się wykonać niezbędne prace montażowe i instalacyjne (przyłączenie i uruchomienie przedmiotu zamówienia) i przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia w terminie max. do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Do zakresu niezbędnych prac montażowych i instalacyjnych leżących po stronie Wykonawcy należy: demontaż urządzeń i umieszczenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie prac

niezbędnych do wniesienia urządzeń do centralnej sterylizatorni, wykonanie wszystkich podłączeń instalacyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzeń, uruchomienie urządzeń, zgłoszenie i odbiór przez UDT (UDT – dotyczy sterylizatorów).

3. Za datę dostawy przedmiotu umowy uznaje się moment dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy i odbioru protokolarnego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, po wykonaniu zakresu prac wymienionych w § 2 ust. 1 i 2. umowy.
4. Termin dostarczenia przedmiotu umowy musi być uzgodniony telefonicznie i potwierdzony drogą mailową z pracownikiem Szpitala na trzy dni przed planowanym terminem dostarczenia przedmiotu umowy:
Pan Karol Wachowski tel: 46 864 95 50 , adres e-mail: k.wachowski@szpitalsochaczew.pl
5. Wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia oraz rozładunku ponosi Wykonawca.
6. Dostawa winna być zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 14.00.
7. Prace montażowe będą się odbywały przy utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń w Centralnej Sterylizacji, uwzględniając godziny popołudniowe w dni powszednie oraz dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

§ 3.

Cena przedmiotu Umowy

1. Cena netto przedmiotu Umowy wynosi: + 8%VAT tj. brutto.
2. Cena netto obejmuje m.in.:
 - koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy;
 - koszty ubezpieczenia dostawy w transporcie i w czasie rozładunku,
 - koszty instalacji, montażu i uruchomienia przedmiotu Umowy oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.
 - koszty serwisu i napraw zgodnie z ofertą Wykonawcy
3. Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.
4. Cena określona w pkt 1 niniejszego paragrafu, nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.

§ 4.

Forma i termin płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się uiszczyć cenę przedmiotu umowy na rzecz Wykonawcy przelewem, w terminie do 60 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu Umowy
3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4. Płatności będą realizowane w walucie polskiej (złoty).

§ 5.

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy

§ 6.

Odpowiedzialność Stron

1. W przypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
2. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot Umowy Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.
3. Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r, poz. 2160 z późn.zm). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 powyżej.
5. Wysokość kar umownych, o których mowa powyżej, będzie ustalana każdorazowo od wartości netto ceny przedmiotu Umowy (bez podatku VAT).
6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn.zm).
7. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Strony swych praw i roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, również na drodze postępowania sądowego. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

§ 7.

Zmiana Umowy

Dopuszczalność dokonania zmiany postanowień umowy oraz warunki dokonania takich zmian

1. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:
 - 1.1. Zmiana strony umowy w wyniku przekształcenia.
 - 1.2. Zmiana banków lub numerów kont bankowych stron.
 - 1.3. Zmiana siedziby strony.
 - 1.4. Zmiana obowiązującego prawa.

§ 8.

Rozstrzygnięcie sporów

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm).
2. Wszelkie uzupełnienia i zmiany postanowień niniejszej Umowy, łącznie z niniejszą klauzulą, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu prawa własności, praw patentowych lub autorskich do przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Wykonawca.
4. Informacje dotyczące Zamawiającego i uzyskane przez Wykonawcę w związku i przy okazji zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonywania, stanowią będą informacje poufne Zamawiającego, z wyjątkiem informacji, które są informacjami jawnymi z mocy obowiązujących przepisów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
6. W przypadku ujawnienia informacji poufnej wbrew postanowieniom ust. 4 i ust. 5, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji poufnej.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ZALĄCZNIK NR 2

Do umowy nr EK-ZZ/ZP.261.23.D.2021

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

I.	WARUNKI REKLAMACJI	
1.	Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie	Odmowa przyjęcia przedmiotu Umowy w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, jest niesprawny, ma widoczne uszkodzenia, brak oznaczenia fabrycznego tzn. nazwa wyrobu, data produkcji oraz nazwa producenta . Zawiadomienie telefoniczne, potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą. Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 1 dnia.
2.	Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji	Naprawa bądź wymiana zareklamowanego przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili wniesienia reklamacji.
II.	WARUNKI RĘKOJMI	
1.	Okres obowiązywania rękojmi	36 miesięcy od daty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu Umowy
2.	Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi	Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu Umowy
3.	Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi	Max.5 dni roboczych od chwili stwierdzenia złej jakości przedmiotu umowy
4.	Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi	Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II
III.	WARUNKI GWARANCJI (szczegółowe warunki zawiera opis przedmiotu zamówienia)	
	Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy.	
IV.	WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO	
1.	Czas naprawy od chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy.	Max 5 dni , na czas naprawy trwającej powyżej 72 godzin wstawienie aparatu zastępczego.
2.	Warunki serwisu	Możliwość podpisania umowy serwisowej po ustaniu okresu bezpłatnego serwisu. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy

ZAMAWIAJĄCY:**WYKONAWCA:**

