



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1731 /3135 /2023

Data: 09.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 74, Pozycje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prosimy o dopuszczenie równoważnego systemu do odsysania, o następujących cechach:

- wkłady (okrągłe) posiadają trwale złączone z pokrywą dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu, zatyczkę na port pacjenta oraz szeroki port na pokrywie do pobierania próbek lub zadawania środka żelującego. Wkłady samo uszczelniają się po uruchomieniu ssania, wykonane z polietylenu bez zawartości PCV. Wkłady częściowo sprasowane, celem oszczędzania miejsca przechowywania, certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1L, 2L, 3L.

- Kanistry (okrągłe o poj. 1L, 2L, 3L) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, która umożliwia prowadzenie dokładnego bilansu płynów, bez stosowania dodatkowych urządzeń, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp. 121 st. C, wyposażone tylko w zaczep do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny ze znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika. Oferowany system spełnia najwyższe normy jakościowe i bezpieczeństwa a zarazem jest konkurencyjny cenowo. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu nowoczesnego i bezpiecznego, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku w przypadku wybrania naszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 nie zawiera systemu do odsysania, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 84 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 74, Pozycji 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności (data ważności) i identyfikacji (numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez

wydawkę na oddziały i oddaniem zbiorczego opakowania do utylizacji. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 84 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 74, Pozycji 10

Prosimy o dopuszczenie drenu o średnicy 5,6mm i długości 210cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Pakiet 74 nie zawiera asortymentu o który pyta Wykonawca, nie mniej jednak Zamawiający domniemywa, że Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 84 i udziela odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem