



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 18.03.2021r.

EZP 95/2021

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**dot. przetargu M-2/2021 NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ
APARATU DO POSIEWU KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH DLA
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W
INOWROCŁAWIU.**

Sprostowanie do wyjaśnień z dnia 16.03.2021r.:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dn. 16.03.21

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność drobnoustrojów?

Pozwala to na spełnienie zaleceń krajowych oraz światowych rekomendacji CLSI (M47-A vol.27.17, Principles and procedures for blood cultures; approved guidelines) i Cumitech (rozdział 1c: „Transport and initial processing of blood cultures”) oraz pozostanie w zgodności z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi, mówiącymi o konieczności umieszczenia butelki w aparacie jak najszybciej.

Wprowadzenie nowego wymogu dotyczącego aparatury znacząco ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający po weryfikacji nie wymaga, ale dopuszcza możliwości opóźnionego wkładania butelek do aparatu do 24 h bez uszczerbku na wykrywalność drobnoustrojów.

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

