



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W BEŁŻYCACH**

24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44

NIP: 713-28-46-648, **Regon:** 432710721, **Numer KRS:** 0000208113
Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach 96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Bełżyce, dn. 24.07.2024r.

Numer postępowania: ZP/AP/32/2024

Dotyczy postępowania pn.: „**Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 , Pozycja nr 4, Podpunkt 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac o wymiarach 200x90x6,5 cm?
Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2 , Pozycja nr 4, Podpunkt 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac, którego wymiary pompy to: 27x11x9,5 cm? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2 , Pozycja nr 4, Podpunkt 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac, którego zakres ciśnienia wynosi: 45-100 mmHg? Parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego, tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 160 dni od zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych oraz spowodowanych uszkodzeniem z winy użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji do 72h od momentu powiadomienia dla zadania nr 1. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy w okresie gwarancji bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, z użyciem części zamiennych 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych od chwili zgłoszenia dla zadania nr 1?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi techno-logicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych dla zadania nr 1 przez okres 5 lat od daty dostarczenia sprzętu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że zmiana dotyczy tylko narzędzi laparoskopowych.

Pytanie nr 9

Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar za nieterminową naprawę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

(Dot. wzoru umowy §7 ust. 1. ppkt. 3)) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1. ppkt. 3) do 0,5% wartości brutto umowy za każde naruszenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Zadanie nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści materac o parametrach: wymiary 200x90x6,5cm, wymiary pompy: 27x11x9,5cm i zakres ciśnienia 45-100 mmHg? Pozostałe parametry bez zmian. Producent opisanego materaca ma na swojej stronie inne parametry

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.