

Pakiet 2 - Sterylne obłożenia pola operacyjnego

Załącznik nr 1.2

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	J.M	IŁOŚĆ	CENA J.NETTO	WAROŚĆ NETTO	VAT [%]	WARTOŚĆ BRUTTO	NR KATALOGOWY	KLASA WYROBU MEDYCZNEGO	NUMER DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1	Obłożenie pola operacyjnego do operacji tarczycy Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, b) 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, c) 1 serweta samoprzylepna ekran anestezyjologiczny o wym. 175 cm x 250 cm z wycięciem „U” 10 cm x 65 cm, d) 1 serweta samoprzylepna dolna (długa) o wym. 190 cm x 225 cm, 2 ręczniki 30 cm x 40 cm. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 175/185 kPa. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	70	35,00	2 450,00	8%	2 646,00	33 303	Is	KFE 0802-10
2	Obłożenie pola operacyjnego do operacji brzuszno-kroczowych Skład zestawu: a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, b) 4 ręczniki 30 x 40 cm, c) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, d) 1 serweta do operacji brzuszno- kroczowych 260 x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z samoprzylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm i dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej (gramatura w miejscu wzmocnionym 109 g/m2), z samoprzylepnym otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przysłoniętym klapką posiadającą pasek lepny, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), gramatura 57 (+/- 0,5) g/m2; odporność na przenikanie cieczy >125 cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio: 280/270 kPa. Min. dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny, na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Sterylizacja tlenkiem etylenu	zestaw	70	51,00	3 570,00	8%	3 855,60	33 325	Is	KFE 0802-10