

## PAKIET 2

LP.	WYMAGANE PARAMETRY
<b>I.</b>	<b>Dermatoskop</b>
1)	Optyka: 1) średnica co najmniej 32 mm 2) powiększenie 10x
2)	Oświetlenie: 1) diody LED białe – co najmniej 16 szt. 2) diody LED UV – co najmniej 4 szt. 3) diody LED pomarańczowe – co najmniej 4 szt.
3)	System zmiennej polaryzacji pozwalający na obserwowanie powierzchniowych zmian skórnych i w miarę przewijania całego zakresu polaryzacji na obserwację ich głębokości 1) światło spolaryzowane a) równoległe b) krzyżowo 2) światło niespolaryzowane 3) UV o długości fali 365 nm 4) co najmniej 9 poziomów regulacji jasności
4)	Wizualizacja zmian barwnikowych
5)	Wbudowana bezcieniowa latarka LED zapewniająca oświetlenie trudno dostępnych miejsc
6)	Tryby pracy: 1) w immersji 2) bez immersji kontaktowy 3) bez immersji bezkontaktowy
7)	Wyposażenie: 1) autoklawowalna płytka kontaktowa ze skalą milimetrową 2) linijka do pomiaru zmian 3) adapter, pozwalający na komunikację dermatoskopu z telefonem lub tabletem w celu wykonania zdjęć oglądanych miejsc 4) stacja ładująca 5) pokrowiec ochronny 6) jednorazowe nakładki ochronne - co najmniej 5 szt.
8)	Zasilanie bateryjne
9)	Okres gwarancji min. 24 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego