

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Opole, dn. 07.02.2023r.

L.dz. 238/DO/2023

Nr sprawy: ZP 1/2023

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa wirówek i ciepłarek laboratoryjnych**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zmianami), wyjaśniam co następuje:

- 1. Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem**
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wirnikiem horyzontalnym 4 x 290 ml, pod warunkiem, że zostanie dostarczona z wymaganym wyposażeniem (pojemnikami i wkładkami redukcyjnymi)?

ODP.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 2. Dot. OPZ, Zad nr 1 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem**
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o szerokości znacznie mniejszej niż wymagana tj. 45,7 cm i głębokości 75 cm? Proponowane wymiary są dla Zamawiającego korzystniejsze, ponieważ oferowana przez nas wirówka będzie zajmowała na stole laboratoryjnym o ponad 25% mniej miejsca od wirówki wyspecyfikowanej.

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- 3. Dot. OPZ, Zad nr 1 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem**
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o głębokości max. 65,5 cm, spełniającą pozostałe wymagane wymiary? Jednocześnie rozmieszczenie nóżek wirówki pozwala na ustawienie jej na blacie o głębokości do 65 cm.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o głębokości max. 65,5 cm, spełniającą pozostałe wymagane wymiary.

- 4. Dot. OPZ, Zad nr 1 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem**
Czy Zamawiający dopuści wirówkę o max. mocy 1600W? Większa moc wirówki jest związana z wydajniejszym układem chłodzenia (zakres od -20 do +40C) oraz wyższym zakresem obrotów (zakres od 50 do 15 000 obr/min).

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza wirówkę o max. mocy 1600W .



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

5. **Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym – 3 szt.**
Czy Zamawiający dopuści wirówki o zakresie obrotów od 500 do 16000 obr/min. spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry?

Odp.: Nie, Zamawiający wymaga aby minimalny zakres obrotów wynosił 100 obr/min.

6. **Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym – 3 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym w ilości 3 szt. o zakresie obrotów 300-4500 rpm, krok co 100?

Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – zakres obrotów wirówki musi obejmować zakres 100 – 4400 obrotów na minutę.

7. **Dot. OPZ, Zad nr 1 – Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym – 3 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym w ilości 3 szt. o mocy maksymalnej 600W?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wirówki o mocy maksymalnej 600W.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Powyższa treść pisma stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i należy ją uwzględnić w dalszym przebiegu postępowania.