

Konin, 23.06.2022 r.

**WSZ-EP-15/776/2022****Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla Pracowni Leku Cytostatycznego”, nr sprawy WSZ-EP-15/2022****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**PYTANIE 1 – pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd do wielokrotnego pobierania leków cytostatycznych z filtrem bakteryjnym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm oznaczonego kolorem czerwonym, charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu z zaworem, otwierającym drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekami leku po rozłączeniu strzykawki. Przyrząd jest dopuszczony do pracy z lekami cystosatyicznymi przez 7 dni i 140 razy aktywowany, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:****Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Uzasadnienie:**

Z powodu specyfiki pracy z lekiem cytotoksycznym i ze względów bezpieczeństwa personelu pracowni Zamawiający wymaga przyrządów z automatyczną zastawką dla płynu lub z bezigłowym portem które pracują w systemie zamkniętym czyli uniemożliwiają wymianę płynu, niefiltrowanego powietrza, zanieczyszczeń między układem a otoczeniem.

**Pytanie 2 – pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,2 µm i cząsteczkowym 5 µm oznaczonego kolorem niebieskim, charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu z zaworem, uniemożliwiającym cofanie się zawartości fiołki. Czas stosowania 7 dni i 140 razy aktywowany, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta. Powierzchnia filtra cząsteczkowego 183,85 mm<sup>2</sup>, a objętość wypełnienia 0,3 ± 0,05 ml.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.