



ADM-ZP.272.1.15.2024

Lublin, dnia 18.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 3.

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320) zwanej dalej Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skierowanym w postępowaniu pn. „Dostawa podłoży mikrobiologicznych” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:

1. Czy dla pakietu 7., pozycji 3., zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o poniższym składzie?

3	Salmonella Shigella agar/płytką	Pożywka gotowa na płytkach Petriego - o śred. 90mm, selektywna pożywka do izolacji patogennych pałeczek jelitowych z próbek klinicznych, żywności i próbek środowiskowych. Skład: pepton - 5,00 g/l, ekstrakt wołowy - 5,00 g/l sole żółci no 3 - 8,50 g/l , laktoza - 10,00 g/l, cytrynian sodu - 8,50 g/l , cytrynian żelaza 1,00 g/l, zielen brylantowa 0,330mg, tiosiarczan sodu- 8,50 g/l, czerwien obojętna 0,025 g/l agar 13,50 g/l
---	------------------------------------	--

Skład*	g/l
Wyciąg mięsny 'Lab Lemco' w proszku	5,0
Pepton	5,0
Laktoza	10,0
Sole żółci	5,5
Cytrynian trisodowy	10,0
Tiosiarczan sodu	8,5
Cytrynian żelaza	1,0
Zielen brylantowa	0,00033
Czerwien obojętna	0,025
Agar	12,0

* Skorygowany jeśli potrzeba, aby spełnić kryteria działania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie dla Pakietu 7, poz. 3 produktu o zaproponowanym składzie.

2. Czy dla pakietu 7., pozycji 2., zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 14 dni ,dla pozostałych pozycji 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w Pakiecie 7 dla wszystkich pozycji terminu dostawy 7 dni.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.