

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę materiałów szewnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.43.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści w pak. XV w poz.1- 4 siatki przepuklinowe polipropylenowe:

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:** Załącznik nr 2 do umowy kupna sprzedaży nr EK-ZZ/ZP.261.43.D.2022 – pkt. 3.1 Okres gwarancji:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu przydatności do stosowania na minimum 12 miesięcy dla produktów zawartych w pakietach 10 i 11?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na minimum 12 miesięcy od dostawy.

**Pytanie 3:** SWZ rozdział VIb – próbki:

- Czy Zamawiający dla pakietów 10 i 11 wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek na np. po 3 szt. dla każdej pozycji? Nasze produkty pakowane są po 12szt., co stanowi bardzo duży procent w zestawieniu z całościowym zapotrzebowaniem Zamawiającego na okres trwania ewentualnej przyszłej umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 4:** Dot. Zadania II, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5:** Dot. Zadania IV

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6:** Dot. Zadania VII, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7:** Dot. Zadania VIII, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8:** Dot. Zadania IX, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Zadania IX?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wykreśli.

**Pytanie 9:** Dot. Zadania IX, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 10:** Dot. Zadania X

Czy Zamawiający dopuści hemostatyk, o czasie wchłaniania ok. 1 miesiąca i czasie tamowania krwawienia w ciągu 1-5 min?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 11:** Pakiet XV, poz. 1-4: czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe polipropylenowe, niewchłaniający tkany monofilament. Opakowanie wyposażone w kontrolki sterylności, nr katalogowy i serię wyrobu medycznego. Wielkość oczek (porów) 2,7mm, waga 60g.m<sup>2</sup>, grubość 0,65+/-0,15mm. Siatka posiada niebieskie pasy wzmacniające. Siatki pakowane a'1 szt, z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12:** Zadanie I - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby szwy posiadały na saszetce kod matrycowy lub kreskowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 13:** Zadanie I - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek do pakietu I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie próbek do 6 pozycji z Pakietu I?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14:** Zadanie I, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 16mm lub 24mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15:** Zadanie I, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 19mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16:** Zadanie III, pozycja 1,2 – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17:** Zadanie III – Czy Zamawiający dopuści zaferowanie podwiązek o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 18:** Zadanie XII – Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe sterylne, wykonane z polidoksanonu, o czasie wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 28 dniach., ok. 50% po 42 dniach?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 19:** Zadanie XII, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą ½ koła okrągłą bez katalogowego określenia „masywna”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 20:** Zadanie XII, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 20mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21:** Zadanie XII, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką o długości 90cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 22:** Zadanie XII, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm lub 36mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 23:** Dotyczy zadania XV

Czy Zamawiający dopuści : Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup> . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki.

Sposób pakowania pozycja 1, 2, 4 opakowanie = 3 szt., pozycja 3, opakowanie = 1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 22:** Dotyczy zadania XIII poz.1. wymogów SWZ poz. VIb pkt. 2. Prosimy o dopuszczenie złożenia w ramach próbek do przetargu jednego magazynku klipsów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem