

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ
Zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.81.2024.MRO na: dostawę laboratoryjnej myjki ultradźwiękowej dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania przesłany przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści myjkę o wysokości zewnętrznej 270 mm, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania?	Tak, Zamawiający dopuści myjkę o wysokości zewnętrznej 270 mm. Tym samym Zamawiający zmienia zapisy pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 6 do SWZ. Informacje o zmianie Zamawiający podaje w dokumencie Zmiana treści SWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:

w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia

było:

8. Wymiary urządzenia do (SxGxW) 500x300x200 mm.

zapis zostaje zmieniony na:

8. Wymiary urządzenia do (SxGxW) 500x300x270 mm.****

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia **14.10.2024 r. do godz. 10:00**,

- otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2024 r. o godz. 10:15**, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XI pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 26.09.2024 r.”, który zastępuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ),
- 2) SWZ o nazwie „SWZ po zmianie z dnia 26.09.2024. r.”, który zastępuje dotychczasowy SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Wiesław Laskowski

SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych


mgr Małgorzata Rothe

Z-ca Kierownika
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Zamówień Publicznych

mgr Marta Jagielska