



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Nr sprawy 5OBlspzoz2022

Mogilno, dnia 26.04.2022 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 5OBlspzoz2022 – Dostawy odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanej platformy biochemiczno – immunologicznej”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Dotyczy par. 3 pkt. 2 projektu umowy dostawy, zał. nr 7 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu na: „Ceny netto wyszczególnione w ofercie w formularzu asortymentowo-cenowym będą stałe przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian wynikających z par. 10”.

Ad. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 2. Dotyczy par. 10 pkt 5 projektu umowy dostawy, zał. nr 7 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z art. 436 pkt. 5b dotyczącego zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów.

Ad. Do § 10 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„...6.1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 5b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

- a) stawki podatku od towarów i usług,**
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,**
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.**

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy

6.2. zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 5.1., zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją kosztów celem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji zamówienia.

6.3. w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.1. lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.4. w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6.1. lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

6.5 w przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 6.1. lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6.6. wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6.1. litera b) i c).

6.7. Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją, o której mowa w ust. 6.2. i 6.6., powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia...”

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie odczynnika UIBC w miejsce TIBC? Oznaczenia te mają podobne znaczenie kliniczne, a w zależności od producenta testów wykorzystywane są zamiennie jako UIBC lub TIBC

Ad. TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na oferowany analizator i odczynnik można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika wymienionej i wymaganej w ulotce odczynnikowej. Zgoda na taki materiał kontrolny pozwoli na obniżenie kosztów oferty i pozwoli na korzystanie z renomowanego materiału kontrolnego wieloparametrowego, co jest rozwiązaniem wygodniejszym w pracy Laboratorium i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

Ad. Wyrażamy zgodę na kontrolę wieloparametrową niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi na właściwym analizatorze.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu laboratorium podchloryn czy wymaga dostarczenia go przez Oferenta ? Roztwór podchlorynu jest używany w procesie mycia i konserwacji analizatora.

Ad. Prosimy o dostarczenie podchlorynu przez Oferenta.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia soli fizjologicznej do rozcieńczania próbek? W przypadku wymogu dostarczenia roztworu, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na

zaoferowanie soli fizjologicznej Braun'a do rozcieńczenia próbek o stężeniu 0,9%, bez zapisu o takim zastosowaniu w oficjalnej ulotce producenta.

Ad. Nie wymagamy dostarczenia soli fizjologicznej.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora ?

Ad. Jeżeli dedykowane rozcieńczalniki są konieczne prosimy o ich dostarczenie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno –
Technicznych

Jarosław Głowacki

/podpis na oryginale/

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy
2. a/a