



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.04.2021 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 34**

**Zadanie 22**

**1. Poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni całkowitej 40x50,5cm i powierzchni lepnej 40x42 cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**2. Poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni całkowitej 45x63,5cm i powierzchni lepnej 45x55 cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**3. Poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni całkowitej 40x40cm i powierzchni lepnej 34x40 cm, przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h brzegi folii nielepne, sterylizowana radiacyjnie umożliwiające łatwą aplikację pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**4. Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ o powierzchni całkowitej 70x45cm i powierzchni lepnej 60x45 cm, przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m<sup>2</sup>/24h brzegi folii nielepne, umożliwiające łatwą aplikację, sterylizowana radiacyjnie pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**Zadanie 30**

**5. Poz.1**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barielowość min. 35 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment bez kolorowych lamówek, pod warunkiem zachowania wskazanych w pytaniu danych technicznych asortymentu.**

**6. Poz.2**

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min. 43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barielowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza asortyment bez kolorowych lamówek, pod warunkiem zachowania wskazanych w pytaniu danych technicznych asortymentu**

**7. Zadanie 31**

Czy Zamawiający dopuści ubrania w jednym kolorze niebieskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**8. Zadanie 34**

Prosimy o dopuszczenie kombinezonu jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie i komfort ruchów. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakowania: torebka foliowa.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**9. Zadanie 34**

Prosimy o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlack dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na splukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi

EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych

Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakowania: torebka foliowa.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**Zadanie 3**

**10. poz. 1.**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wymiennego rozmiar CH 6 i CH 8 cewnik typu J, skalowany z końcówką typu luer lock i łącznikiem, prowadnica 0,035" długości 150cm, końcówka elastyczna. Poszczególne elementy pakowane sterylne, osobno

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**11. poz. 2.**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nefrostomii, 2 igły typu Chiba 18 i 22G, prowadnica Seldingera 0.038" z zakończeniem typu J, mandryn w zestawie, rozszerzadło z koszulką, cewnik wykonany z 2-warstwowego materiału z pamięcią kształtu z zakończeniem „J”, kranik Luer-Lock, łącznik PCV z mechanizmem obrotowym, pakowany pojedynczo, sterylne. Rozmiar 8/10/12Ch/Fr



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**12. Zadanie 4**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii z silikonowym cewnikiem 10 CH i 13CH o długości 42 cm, dwudrożnym z dwoma otworami, rozmiar balonu 5ml. Iglą / trokar rozrywalny 12CH i 15Ch/Fr, skalpel, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk. Worek do zbiórki moczu 2L.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**13. Zadanie 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje mankietu do szybkich przetoczeń z możliwością umieszczenia płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażonego w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadającego cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawiony lateksu i neoprenu, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**Zadanie 25**

**14.** Prosimy o dopuszczenie maski z nebulizatorem o pojemności 10ml, pozostałe jak w swz

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w asortyment**

**15.** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycjach 1/3/4/5 Zamawiający oczekuje produktów bez zawartości lateksu, ftalanów, DEHP i bisfenolu?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**KOMENDANT**

**płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M. J. 91/ 810 59 82