

Załącznik nr 1	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ SZTUK (A)	NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE*	JEDN. BRUTTO* (B)	WARTOŚĆ BRUTTO* (A)x(B)	Producent/Numer katalogowy*
ACL						
1 System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu z stałe połączona z pętlą z nici niewchłaniającej dł min 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przecignięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podcignięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podcignięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu.	szk.	10				
2 Dłut wierzący z otwartym lub zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny	szk.	5				
3 System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w różnych rozmiarach średnicy od 6-12mm i długości od 23mm do 35mm. Śruba do techniki retro do mocowania na piszczeli i na udzie o średnicy od 7mm do 10 mm I długości 20mm. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo.	szk.	5				
4 Śruby tytanowe. Do rekonstrukcji ACL o średnicy od 6mm do 12 mm I długościach od 20 – 30 mm	szk.	5				

5	Implant niewchłanialny wykonany z PEEK do mocowania piszczelowego. Dostępny w rozmiarach średnica 6-12mm co 1mm	szk.	5				
6	Guzik rewizyjny: - udowy tytanowy w rozmiarze 5 x 20 – piszczelowy o średnicy 14 mm z dwoma otworami	szk.	5				
7	Drut wierzący o średnicy 3,5mm z lamany końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie retro. Druty do wiercenia kanałów retro o śr. Od 6mm, do 13 mm co, 0,5mm. Drut sterylony.	szk.	2				
8	Drut piszczelowy 2,4 mm x 310 mm	szk.	5				
9	Drut nitynolowy do sruby biokompozytowej	szk.	10				
10	Pętla do podszycia ACL w rozmiarze 2	szk.	5				

#### LĄKOTKA

11	System szycia łąkotec all – inside. System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią. Implanty założone na jedną lub dwie igły do przebicia łąkotki. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym założenie implantów bez wyciągania z kolana.	szk.	10				
12	System szycia łąkotec inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalną wzmocnioną, możliwość użycia bez lub z joystickiem	szk.	5				
13	System szycia łąkotec inside –outside System zaopatrzony w w prowadnice oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylony zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta	szk.	10				

14	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2-0. Nici sterylne	szt.	10					
15	Igła nitymolowa do szycia łątki z oczkiem do przewleczenia nici.	szt.	5					
<b>CHRZAŚTKA</b>								
16	Zestaw do mozaiki, dostępny w średnicach od 5 do 10mm. Zestaw składa się z pobieraka do zdrowej chrząstki oraz narzędzia do wykonywania otworu w miejscu uszkodzenia. Osłonki do wprowadzania przeszczepu w celu jej kompresji. Miarki oraz rozbijaka kanału. Wyglądacza powierzchni.	szt.	5					
17	Sterylny zestaw do implantacji strzałek wchłaniających z PLLA do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych w technice artroskopowej.	szt.	5					
18	Strzałki do fiksacji odprysków chrzęstno-kostnych wchłaniające PLLA o długości min 18mm i średnicy min 1,3mm	szt.	5					
19	Sruba kompresyjna wchłaniająca do fiksacji odłamów chrzęstno-kostnych. Sruba z rozszerzanym gwintem w różnych długościach oraz o średnicach.	szt.	3					
20	Piny Kirschnera do stabilizacji kostnych wykonane z PLLA o długości min. 100mm i średnicy 1,5 oraz 2mm. Piny sterylne pakowane wraz z wiertłem oraz wprowadzaczem.	szt.	5					
<b>BARK</b>								

21	<p>Implant bezwzrostowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany kanulowany o średnicy 3,5 ; 4,75 i 5,5mm z tytanowym lub PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepeu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepeu.</p>	szt.	20					
22	<p>Implant bezwzrostowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji bicepsa, implant wkręcany o średnicy 7 lub 8 lub 9mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepeu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepeu.</p>	szt.	5					
23	<p>Implant bezwzrostowy w wersji Biokompozytowej i PEEK do stabilizacji obrąbka, implant wbijany, kanulowany o średnicy 2,8; 3,5 i 4,5 z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepeu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śrudoperacyjna możliwość kontroli napięcia przeszczepeu.</p>	szt.	20					
24	<p>Igły do szycia do urządzenia szyjącego storzek oraz łapiącego nitkę.</p>	szt.	10					
25	<p>Kaniule do barku</p>	szt.	10					
26	<p>Kaniule do barku sztywne gwintowane na całej długości oraz w częściowo. Średnica 6 - 9mm i długości 7- 11 cm.</p>	szt.	10					

27	Tasma do szycia stożka rotatorów szerokość 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym do lepszej wizualizacji.	szl.	10				
28	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmocniony włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2 i 2-0. Nici sterylne	szl.	15				
29	Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości max. 11,7mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania. Implant z jedną nitką #2, sterylne.	szl.	10				
30	Implant niewchłanialny tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm i 4,5mm. Wkręt z dwoma nitkami niewchłaniálnych o grubości USP 2, w różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw wkręt z nitkami na podajniku. Podajnik z znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samostalna po zwolnieniu nici. Sterylne	szl.	10				

31	<p>Implant w wersji Biocompozytowej i PEEK, gwintowany na całej długości, o średnicy 5,5mm oraz 4,5mm. Wkręt z dwoma rodzajami nici niewchłaniających o grubości USP 2, w dwóch różnych kolorach, o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Zestaw to implant wkręcany z dwiema niciami na podajniku – jednorazowy. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici</p>	szt.	10				
32	<p>Implanty do barku do techniki mini open Latarjet w skład kmp. Wchodzi płytka wraz z dwoma śrubami i piłka do odcięcia wyrostka kruczego. Płytką wykonana z tytanu z otworami na 2 śruby, na bokach każdego otworu po dwa piny w celu wstępnej fiksacji na kości.</p>	szt.	2				
33	<p>Płytką anatomiczną do bliższej nasady kości ramiennej, materiał PEEK, płyta przezierna, ilość otworów w trzonie: 3, 5, otwory pod śruby korowe i blokowane 3.5mm, śruby gąbczaste 4,0mm, otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera i szwów.</p>	szt.	2				
34	<p>Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 3,5mm (długość 16-90mm)</p>	szt.	10				
35	<p>Śruba ze stopu tytanu, korowa, średnica 3,5mm (długość 16-90mm)</p>	szt.	5				
36	<p>Śruba ze stopu tytanu, średnica 4,0mm (długość 24-90mm)</p>	szt.	5				

37	Implant do naprawy AC. Jont złożony z dwóch guzików tytanowych oraz dwóch taśm biało czarnej oraz biało niebieskiej oraz nici do przeciągnięcia taśm, w zestawie.	szt.	5					
38	Guziki tytanowe, mogące służyć do naprawy więzadłowej i przy użyciu taśm	szt.	5					
39	Płyty profilowane, tytanowe, dedykowane do zespołu obojczyka, z możliwością jednoczesnego naprawy więzadeł kruczo-obojczykowych i zamontowania dedykowanych guzików tytanowych.	szt.	2					
40	Zestaw szwów typu FiberWire dostosowany do płyty	szt.	5					
<b>OSTEOTOMIA</b>								
41	Osteotomia PEEK składająca się z klina oraz czterech śrub. KlimPEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna. Implant dostępny w trzech rozmiarach S, M, L i kątach od 5 do 15 stopni. Śruba do kości gąbczastej, PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 20-32mm skok co 2mm sterylna. Osteotomia PEEK. Śruba do kości korowej PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 24-52mm skok co 2mm sterylna	szt.	2					
42	Płytki tytanowe do osteotomii piszczelowej z klinem: 3, 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15; 17,5mm standardowa lub z przednio-tylnym pochylem. Płytki posiadające pierścienie umożliwiają ułożenie wkrętów pod dowolnym kątem oraz blokadę śruby w płycie. W komplecie cztery tytanowe wkręty gąbczaste w długości od 35 do 70 mm i korowe w dł. od 26 do 60 mm.	szt.	15					

43	Płyta tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Płytki w kształcie litery T z łamanym końcem w celu poprawienia stabilizacji. Płyta prawa, lewa z klinem do podtrzymania osteotomii. Klipy w wersji prostej dostępne w rozmiarach od 3mm do 17,5mm – 9 rozmiarów oraz w wersji z pochylem A/P w wysokości 5mm do -17,5mm – min 8 rozmiarów. Płytki pakowane sterylne	szt.	2				
44	Śruba do kości gąbczastej, tytanowa, o miskoprofilowej głowce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna.	szt.	20				
45	Śruba do kości korowej, tytanowa, o miskoprofilowej głowce dostosowanej do mocowania płytki do osteotomii, sterylna	szt.	20				
46	Substytut kości wykonany 100% z $\beta$ -TCP. Klipy o wymiarach 7x30mm; 10x30mm; 12x35mm; 15x35mm	szt.	5				
<b>JEDNORAZÓWKA</b>							
47	Narzędzie do przeszycia tkanek miękkich o kacie wygięcia 25°, 30°, 45°, 90° prawy /lewy z pętla nitynolową wewnątrz umożliwiająca przeciągnięcie nici. Narzędzie jednorazowe sterylne.	szt.	10				
48	Jednorazowy dren do pomy artroskopowej posiadanej przez zamawiającego firmy Arthrex. Dren całkowity od wody do pacjenta.	szt.	100				
49	Jednorazowa końcówka do shavera posiadanej przez zamawiającego firmy Arthrex. Kończówka do tkanki miękkiej, frez kostny oraz końcówka do mikrozlamań i nawierceń kości podchrzęstnej. Kończówki dostępne w średnicach od 3mm do 5mm.	szt.	100				



STOPA

50	Implant tytanowy, wkręcany do małych stawów o średnicy max. 2,2mm i długości max. 4.. przeładowany mocną nicią zakończonymi igłami. Implantacja nie wymagająca dodatkowego urządzenia.	szl.	10					
51	Sruby tytanowe do stopy, kniulowane w średnicy od 2mm do 3mm i długościach od 10mm do 50mm.	szl.	30					
52	Sruby Herberta w średnicy 3mm i długości od 10 do 32mm ze skokiem co 2 mm.	szl.	30					
53	Implant do „palucha sztywnego”. Implant do wymiany powierzchni stawowej dostępny w co najmniej 5 rozmiarach. Implant mocowany za pomocą krótkiego trzpienia z ząbkami blokującymi przed wysuwaniem się.	szl.	5					
54	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem. śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 2,5mm (długość 8-34mm), - średnica 3,0mm (długość 10-36mm)	szl.	50					
55	Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane, z podwójnym gwintem, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych - średnica 4,3mm (długość 14-50mm, skok co 2mm), - średnica 4,3mm (długość 55-80mm, skok co 5mm), - średnica 6,5mm (długość 30-120mm, skok co 5mm), dostępne śruby z gwintem o długości 18 i 28mm,	szl.	10					
56	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby	szl.	10					

57	Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm)	szkl.	1					
58	Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.	szkl.	5					
59	Śruba typu LPS z pehym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)	szkl.	30					
60	Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)	szkl.	12					
61	Tytanowe płyty do zespożeń w obrębie stopy, otwory na śruby blokowane 2,4mm / 3,0mm - płytki proste 2,4mm( 4-,5-,6-,7-,8- otworowe), - płyty proste 3,0mm (2-,4-,5- otworowe), - płyty w kształcie T 2,4mm (3-,4-,5-,6-,7-,8-,9- otworowe), - płyty w kształcie T 3,0mm (3-,4- otworowe), - płyty w kształcie X (małe, średnie, duże), - płyty do osteotomii Cottona (klin 2-8mm)	szkl.	5					
62	Tytanowa płyta dedykowana do operacji Lapidusa, płyta podeszwowa, anatomiczna prawa/lewa, niskoprofilowa, mocowana na 5 śrub (blokowane o średnicy 3,5mm, kompresyjna o średnicy 4,0mm)	szkl.	1					
63	Tytanowa płyta w kształcie T do operacji Lapidusa, dostępna w różnych długościach, otwory na śruby blokowane o średnicy 3,5 mm.	szkl.	1					
64	Tytanowa płyta do zespożeń w obrębie śródstopia, otwory pod śruby 3,5mm blokowane i 4 mm - płyta H prawa i lewa (3 rozmiary), - płyta Lisfranc prawa i lewa (3 rozmiary)	szkl.	1					

65	Tytanowa płyta do artrodezy stawu śródstopno-paliczkowego palucha, wysokość 1,5mm, płyta prawa i lewa, płyta anatomiczna w trzech długościach, płyta prosta w trzech długościach, zestaw instrumentarium zawierający wielorazowe frezy (reamery) w rozmiarze 16-22 mm	szl.	3				
66	Tytanowa płyta do osteotomii pięty, dostępna z offsetem 5, 7,5 i 10 mm, otwory pod śruby blokowane średnica 3,5mm( długość 20-36mm), śruby kompresyjne średnica 4mm (długość 28-44mm)	szl.	1				
67	Śruba ze stopu tytanu, korowa, blokowana, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3,0mm (długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm)	szl.	25				
68	Śruba ze stopu tytanu, średnica 2,4mm (długość 8-40mm), średnica 3mm(długość 10-40mm), średnica 3,5mm (długość 14-44mm), średnica 4mm (długość 14-44mm),	szl.	25				
69	Tytanowe śruby do złamań piątej kości śródstopia, średnica 4,5mm, 5,5mm, 6,0mm (długość od 40mm do 65mm), średnica kodowana kolorem	szl.	2				
70	Anatomiczna, hakowa płyta do złamań piątej kości śródstopia, otwory na śruby blokowane i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm	szl.	1				
71	Tytanowe śruby blokowane (zmienny kąt) i nieblokowane - średnica 2,4mm, długość od 8mm do 24mm	szl.	5				
72	Śruba do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, dostępna w różnych długościach	szl.	2				

73	Implant do artrodezy stawu międzypaliczkowego PIP stopy, wykonane z materiału PEEK, długość 30mm, możliwość zmiany długości / cięcia implantu, średnica 2,5mm i 3,0mm, sterylny zestaw zawiera dwa wiertła, dwa druty prowadzące i podajnik implantu	szt.	1				
74	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, - średnica 2,5mm (długość 8-30mm), - średnica 3,5mm (długość 12-34mm), - średnica 4,0mm (długość 16-50mm)	szt.	10				
75	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, - średnica 2,0 mm (długość 8-30 mm), - średnica 2,4 mm (długość 8-36 mm), - średnica 3,0mm (długość 10-50mm), - średnica 3,5mm (długość 14-44mm), - średnica 4,0mm (długość 14-60mm)	szt.	5				
76	Implant tytanowy w kształcie stożka do stabilizacji stawu podskokowego, średnica 7-12mm, długość 12-16 mm	szt.	3				
77	Zestaw do augmentacji taśmy zabezpieczającej przy rekonstrukcji więzadła strzałkowo-piszczelowego przedniego zawierający: kotwica biokompozytowa 3.5mm z taśmą #2 Fiber Tape, kotwica biokompozytowa 4.75mm, prowadnik 1.35mm, wiertło kaniulowane 2.7 mm, gwintownik do kotwicy 3.5 mm, wiertło 3.4mm, gwintownik do kotwicy 4.75mm	szt.	1				
78	Implant do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - dwie płytki tytanowe (strona przystrodkowa 3,5mmx10mm, strona boczna 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową, nić typu FiberWire #5, zestaw sterylny zawiera wiertło kaniulowane 3,5mm, celownik, drut prowadzący	szt.	2				

79	Implant do mocowania kości w dłoni lub stopie składający się z dwóch mini guzików o szerokości 1,1 mm z dwoma dziurkami do przeciągnięcia szwu, zestaw sterylny zawiera cztery druty wierzące zakończone oczkiem do przeciągnięcia szwu, szwu ortopedycznego typu FiberWire #2, linijki.	szt.	2				
80	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej, płyta lewa i prawa (płyty 4-,5-,6-,8-otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu	szt.	2				
81	Płyta prosta do kości strzałkowej (płyty 4-,6-,7-,8-,10-,12-otworowe), otwory w płytach dostosowane do umiejscowienia implantu (guzika) do rekonstrukcji więzozrostu	szt.	2				
82	Płyta rymowa (płyty 4-,5-,6-,7-,8-,10-,12-otworowe)	szt.	2				
83	Śruby stalowe: - blokowane, średnica 2,7 mm (długość 10-30 mm), - korowe, średnica 2,7 mm (długość 10-60 mm), - średnica 3 mm (długość 10-30 mm), - korowe, średnica 3,5 mm (długość 10-60 mm), - blokowane, średnica 3,5 mm (długość 10-50 mm), - średnica 4 mm (długość 10-60 mm)	szt.	40				
<b>RAZEM:*</b>							

..... (data i  
czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

**Umowa PN-138/18**  
**zawarta w dniu .....2018 roku r. w Lublinie**

pomiędzy:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013477, NIP: 7122135822, REGON: 431219360 reprezentowanym przez:

Dyrektora – Dr. Jerzego Kulińskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą ..... wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ..... reprezentowaną/ym przez:

1. ....

lub\*

przedsiębiorcą ..... zamieszkałym ..... prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... Nr ew. .... pod nazwą ....., z siedzibą ..... reprezentowaną przez:

.....

zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

**§ 1**

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt

ortopedyczny (protezy/implanty) na zasadach opisanych poniżej w ilościach i asortymencie określonym szczegółowo w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) jest towarem nowym (nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji).

3. Podane w załącznikach ilości poszczególnych asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o realizację ilości wskazanych w załącznikach, jeżeli potrzeby Szpitala w tym zakresie będą mniejsze.

4. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

5. Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy.

6. W terminie maksymalnie 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy tzw. „zestaw podstawowy” sprzętu ortopedycznego – wskazany przez Zamawiającego, który będzie własnością Wykonawcy aż do momentu wszczęcia pacjentowi. Zestaw podstawowy zostanie oznaczony jako DEPOZYT i dostarczony na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

7. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić wykonawcę o wykorzystaniu sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty), podając numer katalogowy sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) na podstawie karty wszczepu, natomiast Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić (poprzez przesłanie towaru do magazynu medycznego zamawiającego tzn. dostawy uzupełniającej) zestaw podstawowy, o którym mowa w ust.6, w terminie określonym w § 4.ust 2 o sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) tego samego typu i rozmiaru co wykorzystane, aż do całkowitej realizacji zakresu wartościowego umowy. Dostawy uzupełniające winny być dostarczane na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i oznaczone jako UZUPEŁNIENIE DEPOZYTU.

8. Wykonawca ma prawo, na żądanie zgłoszone Zamawiającemu, do kontrolowania stanów magazynowych u Zamawiającego. Zamawiający zapewni dostęp do podmagazynu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji nie częściej niż raz na kwartał.

9. Wykonawca zobowiązuje się pobierać sprzęt ortopedyczny z depozytu w pierwszej kolejności o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą „first in”/”first out”. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) w Depozycie, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego wymieni w ciągu 1 dnia roboczego sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) na tożsamy, ale z dłuższym terminem ważności.

10. Do momentu wykorzystania, powierzony sprzęt ortopedyczny (protezy/implanty) pozostaje w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać wszystkich dostarczonych przez wykonawcę instrukcji i zaleceń, dotyczących przechowywania i wykorzystania sprzętu medycznego.

11. W przypadku rozwiązania umowy (po wykorzystaniu zapotrzebowanej ilości sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) lub z przyczyn określonych w umowie sprzęt ortopedyczny

(protezy/implanty) zostanie zwrócony na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzedniej inwentaryzacji przy udziale przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od inwentaryzacji.

12. Wykonawca wraz z pierwszą i każdą kolejną dostawą dostarczy komplet narzędzi chirurgicznych niezbędnych do przeprowadzania operacji wszczepienia sprzętu ortopedycznego (protezy/implanty) będącego przedmiotem zamówienia. Wraz z dostarczonymi narzędziami wykonawca dostarczy aktualną dokumentację fotograficzną. Przekazane instrumentarium chirurgiczne jest własnością Wykonawcy, który odpowiada za jego konserwację i wymianę elementów zużytych na nowe.

13. Komplet narzędzi, o którym mowa w ust. 12 musi posiadać świadectwo/certyfikat dekontaminacji (mycie i dezynfekcja- w przypadku dezynfekcji manualnej należy podać nazwę i stężenie środka dezynfekcyjnego ), a jego masa wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 11 kg.

14. Opakowania sterylizacyjne (kontenery) muszą być wielokrotnego użytku, metalowe i niewymagające dodatkowych opakowań.

15. Wykonawca dostarczy do każdej dostawy narzędzi, o których mowa w ust. 12 specyfikację (spis narzędzi), który zostanie sprawdzony pod względem ilościowym i jakościowym przez osobę wyznaczoną przez zamawiającego.

16. Narzędzia będą dostarczane na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, gdzie za ich odbiór i sprawdzenie będzie odpowiadał lekarz dyżurny.

17. Wszystkie tace narzędziowe muszą posiadać odrębną dokumentację fotograficzną. W przypadku jej braku narzędzia nie zostaną przyjęte do Centralnej Sterylizatorni.

18. Po wykonanym zabiegu zamawiający (kierownik CS lub osoba przez niego upoważniona) zwróci Wykonawcy narzędzia wyczyszczone i zdezynfekowane, co zostanie potwierdzone protokołem przeprowadzonej dekontaminacji (mycie i dezynfekcja).

19. Zwrot narzędzi, o których mowa w ust. 12 odbywać się będzie w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 14:00 co zostanie potwierdzone protokołem przekazania (spis narzędzi).

20. Dopuszcza się możliwość dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu ortopedycznego przy niezmiennym produkcie w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Zamawiającego i uzyskaniu od niego pisemnej zgody

21. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy pod względem merytorycznym jest Władysław Rogala – zastępca lekarza kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

22. Komórką odpowiedzialną za realizację umowy pod względem formalno-prawnym jest Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - pracownicy ds. zaopatrzenia.

## § 2

1. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot zamówienia którego dotyczy umowa, kwalifikowany jako wyrób medyczny wprowadzony został do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi normami prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 )



2. Ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku do umowy są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty a zarazem Umowy wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczone.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania pełnej ilości i asortymentu umowy określonych w umowie. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
4. W przypadku braku dostępności oferowanego wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób równoważny jakościowo i cenowo po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Zamawiającego, wykazaniu obiektywnego braku możliwości zrealizowania przedmiotu umowy, braku swojego zawinienia w takiej zmianie i uzyskaniu od niego pisemnej zgody. Cena wyrobu zamiennego nie może być wyższa niż wyrobu podanego w ofercie.
5. W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 w czasie obowiązywania umowy może ona zostać przedłużona do czasu wartościowego wyczerpania wielkości zamówienia na podstawie pisemnego aneksu, nie dłużej jednak niż o okres kolejnych 12 miesięcy.

### § 3

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:.....(słownie.....)w tym VAT (...%).
2. Zapłata za należności wynikające z realizacji niniejszej umowy uregulowana zostanie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowej wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
3. Faktura musi być wystawiona w języku polskim.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy. Stan rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie może stanowić podstawy do odmowy lub zaprzestania wykonywania dostawy w sposób ciągły i zgodny z przyjętymi przez Wykonawcę warunkami realizacji.
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1638 ze zm.).
6. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 921<sup>1</sup>-921<sup>5</sup> KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W przeciwnym razie Zamawiającemu przysługuje zgodnie ze swoim wyborem prawo do odstąpienia od Umowy lub Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą w wysokości przekazanego świadczenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia, której przedmiotem jest zapłata przez osobę trzecią długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, powstałego w związku z realizacją niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). W przeciwnym razie Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu kwotę w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.

#### § 4

1. Dostawy uzupełniające sprzętu ortopedycznego wraz z załączoną fakturą odbywać się będą zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem Zamawiającego składanym faxem, mailowo lub telefonicznie w terminie .....dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Realizacja każdorazowego zamówienia musi być dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Jeżeli termin dostawy uzupełniającej przypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający przyjmie fakturę od Wykonawcy jedynie po wystosowaniu zamówienia przez osoby wskazane w § 1 ust. 22 w innych przypadkach faktura zostanie zwrócona Wykonawcy.

#### § 5

W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji oraz dokona korekty faktury.

#### § 6

1. Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych::
  - a.za opóźnienie w dostawie uzupełniającej w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy uzupełniającej za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy.
  - b.za opóźnienie w dostawie zareklamowanej dostawy uzupełniającej w wysokości 5% wartości brutto zareklamowanej dostawy uzupełniającej za każdy dzień opóźnienia w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy.
  - c.w przypadku 3 (trzy) krotnego opóźnienia w dostawach uzupełniających, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1.
  - d.w przypadku opóźnienia w dostawie uzupełniającej, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zrealizowania wykonawstwa zastępczego, tj. u Wykonawcy Zastępczego wybranym przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do zakupu towaru u Wykonawcy Zastępczego na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem zakupu zastępczego w tym również niezbędne koszty związane z transportem.

Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnień nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym nie wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu.

e. w przypadku nie dostarczenia świadectw/certyfikatów dekontaminacji (mycia i dezynfekcji) lub stwierdzenia zanieczyszczeń (materiał biologiczny) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 300 zł za każde naruszenie.

f. w przypadku braków ilościowych lub jakościowych w dostawie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia operacji wszczepienia sprzętu ortopedycznego (protezy/implantu), o których mowa w § 1 ust. 12 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 300 zł za każde naruszenie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 10% wartości przedmiotu umowy, o której mowa § 3 ust. 1.

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z należności za dostarczony towar (z faktury za wykonany przedmiot umowy), jeżeli Wykonawca nie ureguluje należnej kary w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## § 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 145 ustawy pzp), jeżeli:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy;

2) oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust.1 pkt 1);

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca uporczywie nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

3. Dopuszczalne jest wcześniejsze rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

## § 8

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ..... r. do dnia ..... r.

## § 9

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość brutto wskazana w umowie w części niezrealizowanej może ulec zmianie, przy czym zmiana wartości umowy w niezrealizowanej części nie może być wyższa niż współczynnik zmiany podatku VAT. W powyższym przypadku Wykonawca od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT, wystawiał będzie fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę.

3. Zmiana pracownika sprawującego nadzór nad realizacją umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy i może odbywać się jedynie pismem/powiadomieniem skierowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

## § 10

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:

a. zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę;

W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3a Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny

- ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3b Wykonawca, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany, może złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3b, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3b.
- c. w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość brutto wskazana w umowie w części niezrealizowanej może ulec zmianie, przy czym zmiana wartości umowy w niezrealizowanej części nie może być wyższa niż współczynnik zmiany podatku VAT. W powyższym przypadku Wykonawca od dnia wejścia w życie nowej stawki VAT, wystawiał będzie fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
- d. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy;
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3a, 3b Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3a, 3b, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego.

## § 11

1. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Wykonawca:**

**Zamawiający:**

*Załącznik nr 1 do umowy: Kosztorys ofertowy*

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa implantów do artroskopii i zabiegów ortopedycznych na potrzeby COZL.**

- oświadczamy, że **nie należymy** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798)\*

- oświadczamy, że **należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)\*:

Lp.	Nazwa (firma)	Adres siedziby
1		
2		
3		
4		

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Pieczęć wykonawcy

..... dnia .....

### FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani:

.....  
 .....

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie\*:  
 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie\*)

1. Nazwa wykonawcy:  
 .....
2. **NIP** wykonawcy:  
 .....
3. **REGON** wykonawcy:  
 .....
4. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:  
 .....
5. adres wykonawcy:  
 .....
6. kod pocztowy i miejscowość:  
 .....
7. województwo.....
8. telefon: .....
9. faks: .....
10. poczta elektroniczna (e-mail): .....
11. adres internetowy (URL): .....
12. kapitał zakładowy: .....

przystępując do prowadzonego przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli przetargu nieograniczonego na „Dostawa implantów do artroskopii i zabiegów ortopedycznych na potrzeby COZL”, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

1. Oświadczamy, że zapoznałem/ liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie za cenę:



Cena brutto .....zł	Słownie: .....
W tym stawka VAT ... %	

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin dostaw częściowych ... (maksymalnie 5 dni roboczych)\*\*

**Wykonawca wypełnia tylko tę część postępowania i dołącza tylko ten kosztorys, na którą składa ofertę.**

3. Oświadczamy, że:

- a. posiadamy dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dołączyć dokumenty do pierwszej dostawy towaru oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że w ww. podanej cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

6. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ..... do nr ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

- 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

9. Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom\*\*

Lp.	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy	Nazwa/firma podwykonawcy

10. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie\*\*:

.....  
.....

11. Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi<sup>2</sup> do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

.....  
.....

2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:

.....

12. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

13. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) kosztorys ofertowy (podpisany zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ);

2) .....

.....  
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić

\*\* jeżeli dotyczy

\*\*\* wypełnia Wykonawca

<sup>2</sup> Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 11 druku oferty.

.....  
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

#### **Dostawa implantów do artroskopii i zabiegów ortopedycznych na potrzeby COZL**

Oświadczam/-y, że:

- **nie wydano/wydano\*** wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- **nie orzeczono/ orzeczono\*** wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
- **nie zalegam/ zalegam\*** z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)